

## Cyklus EHK: IFT1/18 - Imunofenotypizace

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Srovnatelnost						
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(253) CD 3+ T lymfocyty</b>					100						100	96	96%	
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		74,0	1,7	2,3	100	CVP	74	0,41	7%	68,8	79,2	100	99	99%
Všechny výsledky		74,0	1,7	2,3	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		74,0	1,5	2,0	100	CVP	74	0,37	7%	68,8	79,2	100	97	97%
Všechny výsledky		74,0	1,5	2,0	100	0						100		
<b>(254) CD 4+ T lymfocyty</b>					100						100	97	97%	
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		41,1	1,1	2,8	100	CVP	41,1	0,28	10%	36,9	45,3	100	98	98%
Všechny výsledky		41,1	1,1	2,8	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		42,4	1,5	3,5	100	CVP	42,4	0,36	10%	38,1	46,7	100	98	98%
Všechny výsledky		42,4	1,5	3,5	100	0						100		
<b>(255) CD 8+ T lymfocyty</b>					100						100	96	96%	
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		23,2	1,6	6,9	100	CVP	23,2	0,39	17%	19,2	27,2	100	96	96%
Všechny výsledky		23,2	1,6	6,9	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		29,0	1,3	4,6	100	CVP	29	0,33	17%	24	34	100	99	99%
Všechny výsledky		29,0	1,3	4,6	100	0						100		
<b>(256) B lymfocyty</b>					100						100	98	98%	
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		17,4	1,3	7,3	100	CVP	17,4	0,31	30%	12,1	22,7	100	98	98%
Všechny výsledky		17,4	1,3	7,3	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		9,16	0,75	8,1	100	CVP	9,16	0,18	30%	6,41	12	100	98	98%
Všechny výsledky		9,16	0,75	8,1	100	0						100		
<b>(257) NK buňky</b>					100						100	92	92%	
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		7,23	1,3	18	100	CVP	7,23	0,33	36%	4,62	9,84	100	94	94%
Všechny výsledky		7,23	1,3	18	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		15,5	1,3	8,6	100	CVP	15,5	0,33	26%	11,4	19,6	100	96	96%
Všechny výsledky		15,5	1,3	8,6	100	0						100		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 25.04.2018