

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{Tot}	N _{Out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(253) CD 3+ T lymfocyty					30							30	29	97%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A		73,9	1,7	2,3	30	CVP	74	0,41	7%	68,8	79,2	30	30	100%
Všechny výsledky		73,9	1,7	2,3	30	0						30		
Vzorek B		73,8	1,5	2,1	30	CVP	74	0,37	7%	68,8	79,2	30	29	97%
Všechny výsledky		73,8	1,5	2,1	30	0						30		
(254) CD 4+ T lymfocyty					30							30	29	97%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A		40,7	1,3	3,1	30	CVP	41,1	0,28	10%	36,9	45,3	30	30	100%
Všechny výsledky		40,7	1,3	3,1	30	0						30		
Vzorek B		42,2	1,8	4,3	30	CVP	42,4	0,36	10%	38,1	46,7	30	29	97%
Všechny výsledky		42,2	1,8	4,3	30	0						30		
(255) CD 8+ T lymfocyty					30							30	30	100%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A		22,9	1,5	6,4	30	CVP	23,2	0,39	17%	19,2	27,2	30	30	100%
Všechny výsledky		22,9	1,5	6,4	30	0						30		
Vzorek B		28,9	1,4	4,9	30	CVP	29	0,33	17%	24	34	30	30	100%
Všechny výsledky		28,9	1,4	4,9	30	0						30		
(256) B lymfocyty					30							30	30	100%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A		17,3	1,5	8,9	30	CVP	17,4	0,31	30%	12,1	22,7	30	30	100%
Všechny výsledky		17,3	1,5	8,9	30	0						30		
Vzorek B		9,36	0,97	10	30	CVP	9,16	0,18	30%	6,41	12	30	30	100%
Všechny výsledky		9,36	0,97	10	30	0						30		
(257) NK buňky					30							30	28	93%
Vzorky a skupiny	[%]													
Vzorek A		7,34	1,4	18	30	CVP	7,23	0,33	36%	4,62	9,84	30	29	97%
Všechny výsledky		7,34	1,4	18	30	0						30		
Vzorek B		15,7	1,6	10	30	CVP	15,5	0,33	26%	11,4	19,6	30	29	97%
Všechny výsledky		15,7	1,6	10	30	0						30		