

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(259) HLA-B27				
A	(12) Beckman Coulter	1	Negativní	1,5 %
		>	5 Neprůkazný výsledek (hraniční)	7,5 %
		>>>	38 Pozitivní	57 %
	(88) Becton Dickinson	>	3 Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,5 %
		>>>	17 Pozitivní	25 %
	(177) MINDRAY	1	Negativní	1,5 %
		>>>	2 Pozitivní	3,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 67		----- Úspěšnost: 97 %	-----	
B	(12) Beckman Coulter	>>>	44 Negativní	66 %
	(88) Becton Dickinson	>>>	20 Negativní	30 %
	(177) MINDRAY	>>>	3 Negativní	4,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 67		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 97 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 01.11.2018