

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(259) HLA-B27				
A	(12) Beckman Coulter	>	6 Neprůkazný výsledek (hraniční)	9,0 %
		>>>	34 Pozitivní	51 %
	(36) Immunotech		1 Negativní	1,5 %
	(88) Becton Dickinson	>	2 Neprůkazný výsledek (hraniční)	3,0 %
		>>>	19 Pozitivní	28 %
	(177) MINDRAY		1 Negativní	1,5 %
		>>>	3 Pozitivní	4,5 %
	(190) Exbio Praha	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 97 %		
B	(12) Beckman Coulter	>>>	40 Negativní	60 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Negativní	1,5 %
	(88) Becton Dickinson	>>>	21 Negativní	31 %
	(177) MINDRAY	>>>	4 Negativní	6,0 %
	(190) Exbio Praha	>>>	1 Negativní	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 01.11.2018