

## Cyklus EHK: IFT2/18 - Imunofenotypizace

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(253) CD 3+ T lymfocyty</b>					99							99	92	93%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		65,4	2,3	3,5	99	CVP	65,4	0,56	7%	60,8	70	99	95	96%
Všechny výsledky		65,4	2,3	3,5	99	0						99		
<b>Vzorek B</b>		68,3	1,6	2,4	99	CVP	68,3	0,40	7%	63,5	73,1	99	95	96%
Všechny výsledky		68,3	1,6	2,4	99	0						99		
<b>(254) CD 4+ T lymfocyty</b>					99							99	93	94%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		44,4	2,3	5,1	99	CVP	44,4	0,56	10%	39,9	48,9	99	94	95%
Všechny výsledky		44,4	2,3	5,1	99	0						99		
<b>Vzorek B</b>		52,4	1,5	2,8	99	CVP	52,4	0,36	10%	47,1	57,7	99	96	97%
Všechny výsledky		52,4	1,5	2,8	99	0						99		
<b>(255) CD 8+ T lymfocyty</b>					99							99	92	93%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		16,0	1,1	7,0	99	CVP	16,0	0,28	17%	13,2	18,8	99	95	96%
Všechny výsledky		16,0	1,1	7,0	99	0						99		
<b>Vzorek B</b>		13,4	0,75	5,6	99	CVP	13,4	0,19	17%	11,1	15,7	99	94	95%
Všechny výsledky		13,4	0,75	5,6	99	0						99		
<b>(256) B lymfocyty</b>					99							99	97	98%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		17,6	1,2	7,0	99	CVP	17,6	0,31	30%	12,3	22,9	99	99	100%
Všechny výsledky		17,6	1,2	7,0	99	0						99		
<b>Vzorek B</b>		13,5	0,85	6,3	99	CVP	13,5	0,21	30%	9,45	17,6	99	97	98%
Všechny výsledky		13,5	0,85	6,3	99	0						99		
<b>(257) NK buňky</b>					99							99	91	92%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		14,5	1,8	13	99	CVP	14,5	0,45	26%	10,7	18,3	99	95	96%
Všechny výsledky		14,5	1,8	13	99	0						99		
<b>Vzorek B</b>		16,3	1,6	9,5	99	CVP	16,3	0,38	26%	12	20,6	99	92	93%
Všechny výsledky		16,3	1,6	9,5	99	1						99		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 01.11.2018