Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: IFT2/18 - Imunofenotypizace

Stop termín: 22.10.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(253) CD 3+ T lymfocyty	[%]				99								99	92	93%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		65,4	2,3	3,5	99		CVP	65,4	0,56	7%	60,8	70	99	95	96%
(12) Beckman Coulter		65,9	2,2	3,4	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		64,9	2,4	3,6	37	0							37		
(177) MINDRAY		65,3	2,1	3,2	5	0							5		
Vzorek B		68,3	1,6	2,4	99		CVP	68,3	0,40	7%	63,5	73,1	99	95	96%
(12) Beckman Coulter		68,9	1,3	1,9	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		67,3	2,2	3,2	37	0							37		
(177) MINDRAY		67,8	1,1	1,6	5	0							5		
(254) CD 4+ T lymfocyty	[%]				99								99	93	94%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		44,4	2,3	5,1	99		CVP	44,4	0,56	10%	39,9	48,9	99	94	95%
(12) Beckman Coulter		44,9	2,0	4,6	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		43,7	2,7	6,2	37	0							37		
(177) MINDRAY		44,9	2,0	4,4	5	0							5		
Vzorek B		52,4	1,5	2,8	99		CVP	52,4	0,36	10%	47,1	57,7	99	96	97%
(12) Beckman Coulter		52,9	1,1	2,2	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		51,4	2,2	4,3	37	0							37		
(177) MINDRAY		52,5	0,44	0,85	5	0							5		
(255) CD 8+ T lymfocyty	[%]				99								99	92	93%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		16,0	1,1	7,0	99		CVP	16	0,28	17%	13,2	18,8	99	95	96%
(12) Beckman Coulter		15,6	1,1	7,1	56	0							56		
(88) Becton Dickinson		16,5	1,0	6,2	38	0							38		
(177) MINDRAY		16,5	0,25	1,5	5	0							5		
Vzorek B		13,4	0,75	5,6	99		CVP	13,4	0,19	17%	11,1	15,7	99	94	95%
(12) Beckman Coulter		13,2	0,72	5,4	56	0							56		
(88) Becton Dickinson		13,6	1,0	7,6	38	0							38		
(177) MINDRAY		13,4	0,38	2,8	5	0							5		
(256) B lymfocyty	[%]				99								99	97	98%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		17,6	1,2	7,0	99		CVP	17,6	0,31	30%	12,3	22,9	99	99	100%
(12) Beckman Coulter		17,2	1,2	7,1	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		18,1	1,4	7,8	37	0							37		
(177) MINDRAY		17,7	1,0	5,9	5	0							5		
Vzorek B		13,5	0,85	6,3	99		CVP	13,5	0,21	30%	9,45	17,6	99	97	98%
(12) Beckman Coulter		13,3	0,83	6,2	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		13,9	0,93	6,7	37	0							37		
(177) MINDRAY		13,5	0,15	1,1	5	0							5		
(257) NK buňky	[%]				99								99	91	92%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		14,5	1,8	13	99		CVP	14,5	0,45	26%	10,7	18,3	99	95	96%
(12) Beckman Coulter		14,4	1,7	12	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		14,6	2,1	14	37	0							37		
(177) MINDRAY		14,6	0,68	4,7	5	0							5		
Vzorek B		16,3	1,6	9,5	99		CVP	16,3	0,38	26%	12	20,6	99	92	93%
(12) Beckman Coulter		16,0	1,3	8,3	57	0							57		
(88) Becton Dickinson		16,9	2,0	12	37	1							37		
(177) MINDRAY		17,2	0,28	1,6	5	0							5		