

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL				
<b>(253) CD 3+ T lymfocyty</b>						30							30	27	90%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		65,4	2,3	3,5	30		CVP	65,4	0,56	7%	60,8	70	30	28	93%
Všechny výsledky		65,4	2,3	3,5	30	0							30		
<b>Vzorek B</b>		68,4	1,9	2,8	30		CVP	68,3	0,40	7%	63,5	73,1	30	28	93%
Všechny výsledky		68,4	1,9	2,8	30	0							30		
<b>(254) CD 4+ T lymfocyty</b>						30							30	28	93%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		44,3	2,5	5,7	30		CVP	44,4	0,56	10%	39,9	48,9	30	28	93%
Všechny výsledky		44,3	2,5	5,7	30	0							30		
<b>Vzorek B</b>		52,3	1,6	3,0	30		CVP	52,4	0,36	10%	47,1	57,7	30	29	97%
Všechny výsledky		52,3	1,6	3,0	30	0							30		
<b>(255) CD 8+ T lymfocyty</b>						30							30	29	97%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		15,8	1,0	6,6	30		CVP	16	0,28	17%	13,2	18,8	30	30	100%
Všechny výsledky		15,8	1,0	6,6	30	0							30		
<b>Vzorek B</b>		13,1	0,71	5,4	30		CVP	13,4	0,19	17%	11,1	15,7	30	29	97%
Všechny výsledky		13,1	0,71	5,4	30	0							30		
<b>(256) B lymfocyty</b>						30							30	29	97%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		17,2	1,5	8,7	30		CVP	17,6	0,31	30%	12,3	22,9	30	30	100%
Všechny výsledky		17,2	1,5	8,7	30	0							30		
<b>Vzorek B</b>		13,7	1,3	9,6	30		CVP	13,5	0,21	30%	9,45	17,6	30	29	97%
Všechny výsledky		13,7	1,3	9,6	30	0							30		
<b>(257) NK buňky</b>						30							30	25	83%
Vzorky a skupiny	[%]														
<b>Vzorek A</b>		14,8	1,9	13	30		CVP	14,5	0,45	26%	10,7	18,3	30	28	93%
Všechny výsledky		14,8	1,9	13	30	0							30		
<b>Vzorek B</b>		16,3	2,2	14	30		CVP	16,3	0,38	26%	12	20,6	30	25	83%
Všechny výsledky		16,3	2,2	14	30	0							30		