

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sada vzorků 1				
(420) Anti-gliadin IgG (nativní)				
A1	(17) Biogema	>>> 2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	11 %
		>>> 2	Pozitivní	11 %
	(135) OrgenTec	>>> 2	Pozitivní	11 %
	(140) Test-Line	>>> 4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	22 %
		>>> 5	Pozitivní	28 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,6 %
	(166) Thermo		Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 94 %		
B1	(17) Biogema	>>> 4	Negativní	22 %
	(135) OrgenTec	>>> 2	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>> 9	Negativní	50 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(166) Thermo	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(421) Anti-gliadin IgA (nativní)

A1	(17) Biogema	± 4	Pozitivní	22 %
	(135) OrgenTec	± 2	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	± 7	Negativní	39 %
		± 2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	Negativní	5,6 %
	(166) Thermo	± 1	Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	± 1	Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B1	(17) Biogema	>>> 4	Negativní	22 %
	(135) OrgenTec	>>> 2	Negativní	11 %
	(140) Test-Line	>>> 9	Negativní	50 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(166) Thermo	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %		

(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)

A1	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(17) Biogema	>>> 9	Pozitivní	12 %
	(36) Immunotech		Negativní	1,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(87) Euroimmun		Negativní	3,9 %
		>	5 Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,6 %
		>>> 5	Pozitivní	6,6 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	2,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 9	Pozitivní	12 %
	(140) Test-Line		Negativní	1,3 %
		>>> 24	Pozitivní	32 %
	(147) AIDA	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	3,9 %
	(166) Thermo	>	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 5	Pozitivní	6,6 %
	(999) jiný výrobce	>	2 Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,6 %
		>>> 2	Pozitivní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 93 %		
B1	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(17) Biogema	>>> 9	Negativní	12 %
	(36) Immunotech		Pozitivní	1,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>> 13	Negativní	17 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	2,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 9	Negativní	12 %
	(140) Test-Line	>>> 25	Negativní	33 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	1,3 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B1	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	3,9 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	5 Negativní	6,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 76			Úspěšnost: 99 %	

Celková úspěšnost: 93 %

(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)

A1	(5) Dialab	±	1 Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	±	1 Pozitivní	1,4 %
	(17) Biogema	±	1 Negativní	1,4 %
		±	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		±	7 Pozitivní	9,6 %
	(36) Immunotech	±	1 Negativní	1,4 %
	(52) Dynex	±	1 Pozitivní	1,4 %
	(87) Euroimmun	±	13 Pozitivní	18 %
	(115) BioSystems	±	2 Negativní	2,7 %
	(135) OrgenTec	±	5 Negativní	6,8 %
		±	2 Pozitivní	2,7 %
	(140) Test-Line	±	19 Negativní	26 %
		±	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
		±	4 Pozitivní	5,5 %
	(147) AIDA	±	1 Pozitivní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	2 Negativní	2,7 %
		±	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(166) Thermo	±	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	5 Pozitivní	6,8 %
	(999) jiný výrobce	±	2 Negativní	2,7 %
		±	2 Pozitivní	2,7 %
Celkem za vzorek: n = 73			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

B1	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(17) Biogema	>>>	9 Negativní	12 %
	(36) Immunotech	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	13 Negativní	18 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,6 %
	(140) Test-Line	>>>	24 Negativní	33 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	5 Negativní	6,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní	5,5 %
Celkem za vzorek: n = 73			Úspěšnost: 100 %	

Sada vzorků 2**(424) Anti-endomyzium IgA**

A2	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	30 Pozitivní	43 %
	(115) BioSystems	>>>	12 Pozitivní	17 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Pozitivní	5,8 %
	(191) D-tek	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	17 Pozitivní	25 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 69			Úspěšnost: 99 %	
B2	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	30 Negativní	43 %
	(115) BioSystems	>>>	12 Negativní	17 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Negativní	5,8 %
	(191) D-tek	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	17 Negativní	25 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 69			Úspěšnost: 100 %	

Celková úspěšnost: 99 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(425) Anti-transglutamináza IgA				
A2	(1) Abbott	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 11	Pozitivní	13 %
	(115) BioSystems	>>> 11	Pozitivní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 13	Pozitivní	16 %
	(140) Test-Line	>>> 15	Pozitivní	18 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	3,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	1,2 %
		>>> 5	Pozitivní	6,1 %
	(164) DiaSorin	>>> 5	Pozitivní	6,1 %
	(166) Thermo	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Pozitivní	11 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	3,7 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 99 %		
B2	(1) Abbott	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 11	Negativní	13 %
	(115) BioSystems	>>> 11	Negativní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 13	Negativní	16 %
	(140) Test-Line	>>> 15	Negativní	18 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	3,7 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Negativní	7,3 %
	(164) DiaSorin	>>> 5	Negativní	6,1 %
	(166) Thermo	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	11 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	3,7 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

Sada vzorků 3**(422) Anti-kravské mléko IgG**

A3	(17) Biogema	>>> 13	Negativní	24 %
		>>> 1	Pozitivní	1,8 %
	(140) Test-Line	>>> 39	Negativní	71 %
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,6 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 98 %		
B3	(17) Biogema	>>> 14	Pozitivní	25 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,8 %
		>>> 38	Pozitivní	69 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,8 %
		>>> 1	Pozitivní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(423) Anti-kravské mléko IgA

A3	(17) Biogema	>>> 12	Negativní	23 %
		>>> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,9 %
	(140) Test-Line	>>> 40	Negativní	75 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 98 %		
B3	(17) Biogema	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(140) Test-Line	>>> 4	Negativní	7,5 %
		>>> 18	Neprůkazný výsledek (hraniční)	34 %
		>>> 18	Pozitivní	34 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

Sada vzorků 4**(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA**

A4	(17) Biogema	>>> 4	Negativní	6,8 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 20	Negativní	34 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,7 %
	(135) OrgenTec	>>> 13	Negativní	22 %
	(140) Test-Line	>>> 6	Negativní	10 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A4	(147) AIDA	>>>	3 Negativní	5,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	7 Negativní	12 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,7 %
	Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 100 %	
B4	(17) Biogema	>>>	4 Pozitivní	6,8 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,7 %
	(87) Euroimmun		1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,7 %
		>>>	19 Pozitivní	32 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Pozitivní	1,7 %
	(135) OrgenTec	>>>	13 Pozitivní	22 %
	(140) Test-Line	>>>	6 Pozitivní	10 %
	(147) AIDA	>>>	3 Pozitivní	5,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	7 Pozitivní	12 %
	(166) Thermo	>>>	1 Pozitivní	1,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Pozitivní	3,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,7 %
	Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG

A4	(17) Biogema	>>>	4 Negativní	7,7 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	16 Negativní	31 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	11 Negativní	21 %
	(140) Test-Line	>>>	6 Negativní	12 %
	(147) AIDA	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	7 Negativní	13 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
B4	(17) Biogema	>>>	4 Pozitivní	7,7 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	16 Pozitivní	31 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	11 Pozitivní	21 %
	(140) Test-Line	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(147) AIDA	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(166) Thermo	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce		1 Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 12.04.2018