

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(420) Anti-gliadin IgG (nativní)**

A1	Všechny výsledky	>>>	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	67 %
		>>>	1	Pozitivní	33 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(421) Anti-gliadin IgA (nativní)

A1	Všechny výsledky	±	2	Negativní	67 %
		±	1	Pozitivní	33 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	>>>	3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			

(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky		1	Negativní	4,8 %
		>>>	20	Pozitivní	95 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 95 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	95 %
			1	Pozitivní	4,8 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 95 %			
Celková úspěšnost: 95 %					

(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky	±	7	Negativní	35 %
		±	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	10 %
		±	11	Pozitivní	55 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	Všechny výsledky	>>>	20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %			

Sada vzorků 2**(424) Anti-endomyzium IgA**

A2	Všechny výsledky		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	7,7 %
		>>>	12	Pozitivní	92 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 92 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	13	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 92 %					

(425) Anti-transglutamináza IgA

A2	Všechny výsledky		1	Negativní	5,3 %
		>>>	18	Pozitivní	95 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 95 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 95 %					

Sada vzorků 3**(422) Anti-kravské mléko IgG**

A3	Všechny výsledky	>>>	11	Negativní	92 %
			1	Pozitivní	8,3 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 92 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 92 %					

(423) Anti-kravské mléko IgA

A3	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,3 %
		>>>	11	Pozitivní	92 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 4**(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA**

A4	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG

A4	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	1	Negativní	8,3 %
		>>> 11	Pozitivní	92 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytiskeno: 12.04.2018