

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada vzorků 1 a 2

## (700) AB0 skupina

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Krevní skupina: B	0,96 %
	(6) APR	>>>	1	Krevní skupina: B	0,48 %
	(14) Bio-Rad	>>>	60	Krevní skupina: B	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	8	Krevní skupina: B	3,8 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: B	0,96 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	16	Krevní skupina: B	7,7 %
	(80) DiaMed	>>>	21	Krevní skupina: B	10 %
	(159) Grifols	>>>	34	Krevní skupina: B	16 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: B	0,96 %
	(172) Immucor	>>>	38	Krevní skupina: B	18 %
	(173) Sanguin	>>>	11	Krevní skupina: B	5,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: B	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Krevní skupina: B	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Krevní skupina: B	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 208		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Krevní skupina: 0	0,96 %
	(6) APR	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,48 %
	(14) Bio-Rad	>>>	60	Krevní skupina: 0	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	8	Krevní skupina: 0	3,8 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: 0	0,96 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	16	Krevní skupina: 0	7,7 %
	(80) DiaMed	>>>	21	Krevní skupina: 0	10 %
	(159) Grifols	>>>	34	Krevní skupina: 0	16 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: 0	0,96 %
	(172) Immucor	>>>	38	Krevní skupina: 0	18 %
	(173) Sanguin	>>>	11	Krevní skupina: 0	5,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: 0	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Krevní skupina: 0	1,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Krevní skupina: 0	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 208		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

## (705) Rh D antigen (dárců)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	34	Pozitivní (RhD+)	25 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(52) Dynex	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Pozitivní (RhD+)	10 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní (RhD+)	15 %
	(170) Biotest	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,74 %
	(171) Diagast	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(172) Immucor	>>>	35	Pozitivní (RhD+)	26 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	3,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 136		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	34	Pozitivní (RhD+)	25 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(52) Dynex	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(80) DiaMed	>>>	14	Pozitivní (RhD+)	10 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní (RhD+)	15 %
	(170) Biotest	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,74 %
	(171) Diagast	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,2 %
	(172) Immucor	>>>	35	Pozitivní (RhD+)	26 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	3,7 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,5 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celkem za vzorek: n = 136		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(709) Rh D antigen (příjemce)**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 58	Pozitivní (RhD+)	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 8	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,51 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 12	Pozitivní (RhD+)	6,1 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní (RhD+)	9,6 %
	(159) Grifols	>>> 30	Pozitivní (RhD+)	15 %
	(170) Biotest	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,51 %
	(171) Diagast	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(172) Immucor	>>> 39	Pozitivní (RhD+)	20 %
	(173) Sanguin	>>> 9	Pozitivní (RhD+)	4,6 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 197		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 58	Pozitivní (RhD+)	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 8	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,51 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 12	Pozitivní (RhD+)	6,1 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Pozitivní (RhD+)	9,6 %
	(159) Grifols	>>> 30	Pozitivní (RhD+)	15 %
	(170) Biotest	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,51 %
	(171) Diagast	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	1,5 %
	(172) Immucor	>>> 39	Pozitivní (RhD+)	20 %
	(173) Sanguin	>>> 9	Pozitivní (RhD+)	4,6 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 197		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

**(715) Antigen C**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Pozitivní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 18	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Pozitivní	5,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Pozitivní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 18	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Pozitivní	5,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

**(716) Antigen c**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Negativní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Negativní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(172) Immucor	>>> 18	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Negativní	5,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Pozitivní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 18	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Pozitivní	5,1 %
(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %	
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(717) Antigen Cw**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 17	Negativní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Negativní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>> 23	Negativní	31 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(172) Immucor	>>> 15	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	5,4 %
(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,4 %	
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 17	Negativní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Negativní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>> 23	Negativní	31 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(172) Immucor	>>> 15	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	5,4 %
(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,4 %	
Celkem za vzorek: n = 74		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(718) Antigen E**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Negativní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Negativní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 18	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Negativní	5,1 %
(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %	
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Negativní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Negativní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 18	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Negativní	5,1 %
(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,0 %	
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(719) Antigen e</b>				
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Pozitivní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 18	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Pozitivní	5,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 35	Pozitivní	36 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,2 %
	(159) Grifols	>>> 20	Pozitivní	20 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(172) Immucor	>>> 18	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Pozitivní	5,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 98		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(720) Antigen K**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 36	Negativní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	8,6 %
	(159) Grifols	>>> 25	Negativní	24 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,95 %
	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Negativní	4,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 36	Negativní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	8,6 %
	(159) Grifols	>>> 25	Negativní	24 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,95 %
	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 5	Negativní	4,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 105		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(721) Antigen k**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 6	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>> 14	Pozitivní	26 %
	(173) Sanguin	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 6	Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>> 14	Pozitivní	26 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(173) Sanguin	>>>	8 Pozitivní	15 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(722) Antigen M**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	23 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Negativní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	12 Negativní	23 %
	(172) Immucor	>>>	10 Negativní	19 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	23 %
	(172) Immucor	>>>	10 Pozitivní	19 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(723) Antigen N**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	11 Pozitivní	22 %	
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	4,1 %	
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	8,2 %	
	(159) Grifols	>>>	13 Pozitivní	27 %	
	(172) Immucor	>>>	8 Pozitivní	16 %	
	(173) Sanguin	>>>	5 Pozitivní	10 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,0 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	8,2 %	
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	11 Negativní	22 %	
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	2,0 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	4,1 %	
	(80) DiaMed	>>>	4 Negativní	8,2 %	
	(159) Grifols	>>>	12 Negativní	24 %	
				1 Pozitivní	2,0 %
	(172) Immucor	>>>	6 Negativní	12 %	
				2 Pozitivní	4,1 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	10 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,0 %	
(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	8,2 %		
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 94 %			
Celková úspěšnost: 94 %					

**(724) Antigen S**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13 Pozitivní	25 %	
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,9 %	
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	9,8 %	
	(159) Grifols	>>>	11 Pozitivní	22 %	
	(172) Immucor	>>>	1 Negativní	2,0 %	
				7 Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Pozitivní	9,8 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	2 Pozitivní	3,9 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	7,8 %	
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 98 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13 Pozitivní	25 %	
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,9 %	
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	9,8 %	

## Cyklus EHK: IH1/18 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

## (725) Antigen s

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 11	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Negativní	2,0 %
			>>> 3	Pozitivní
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 13	Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Negativní	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 11	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	7,8 %
	Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

## (726) Antigen P1

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(159) Grifols	>>> 9	Pozitivní	23 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 8	Pozitivní	21 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	(159) Grifols	>>> 9	Pozitivní	23 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 8	Pozitivní	21 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,1 %
	Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## (727) Antigen Fya

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	5,8 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	5,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	7,7 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 13	Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	5,8 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	5,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Negativní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Negativní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	7,7 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## (728) Antigen Fyb

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	5,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	1	Negativní	1,9 %
		>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	5,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	5,8 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

**(729) Antigen Jka**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	25 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	8,3 %
	(159) Grifols	>>> 12	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	8,3 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	25 %
	(52) Dynex	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	8,3 %
	(159) Grifols	>>> 12	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	8,3 %
	Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

**(730) Antigen Jkb**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	8,5 %
	(159) Grifols	>>> 12	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	8,5 %
	(159) Grifols	>>> 12	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(731) Antigen Lua**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 9	Negativní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(159) Grifols	>>> 13	Negativní	35 %
	(172) Immucor	>>> 2	Negativní	5,4 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
E1 a S1	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	14 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	5,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	5,4 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	5,4 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
	(159) Grifols	>>>	13 Pozitivní	35 %
	(172) Immucor	>>>	2 Pozitivní	5,4 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Pozitivní	14 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	5,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Pozitivní	5,4 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## (732) Antigen Lub

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	7 Pozitivní	21 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Pozitivní	12 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	7 Pozitivní	21 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Pozitivní	12 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## (733) Antigen Lea

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13 Negativní	31 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	4,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	4,8 %
	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	19 %
	(172) Immucor	>>>	6 Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13 Negativní	31 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	4,8 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	4,8 %
	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	19 %
	(172) Immucor	>>>	6 Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (734) Antigen Leb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	11 Negativní	27 %
			2 Pozitivní	4,9 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	4,9 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	4,9 %



Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	6 Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	9,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 95 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13 Pozitivní	32 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	4,9 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	4,9 %
	(159) Grifols	>>>	8 Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	9,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

**(737) Přímý Coombsův test**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	0,63 %
	(14) Bio-Rad	>>>	83 Negativní	52 %
			1 Pozitivní	0,63 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	8 Negativní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4 Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	30 Negativní	19 %
			1 Pozitivní	0,63 %
	(159) Grifols	>>>	29 Negativní	18 %
	(172) Immucor	>>>	1 Negativní	0,63 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	0,63 %
Celkem za vzorek: n = 159		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	0,63 %
	(14) Bio-Rad	>>>	82 Negativní	52 %
			2 Pozitivní	1,3 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	8 Negativní	5,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4 Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>>	30 Negativní	19 %
			1 Pozitivní	0,63 %
	(159) Grifols	>>>	29 Negativní	18 %
	(172) Immucor	>>>	1 Negativní	0,63 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	0,63 %
Celkem za vzorek: n = 159		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(741) Screening protilátek (NAT, dárce)**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Pozitivní	0,89 %
	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	0,89 %
	(14) Bio-Rad	>>>	46 Pozitivní	41 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	2,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	0,89 %
	(80) DiaMed	>>>	25 Pozitivní	22 %
	(159) Grifols	>>>	17 Pozitivní	15 %
	(171) Diagast	>>>	2 Pozitivní	1,8 %
	(172) Immucor	>>>	16 Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Pozitivní	0,89 %
	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	0,89 %
	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	1,8 %
			44 Pozitivní	39 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	2,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	0,89 %
	(80) DiaMed	>>>	25 Pozitivní	22 %
	(159) Grifols	>>>	17 Pozitivní	15 %
	(171) Diagast	>>>	2 Pozitivní	1,8 %
	(172) Immucor	>>>	16 Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 112		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Pozitivní	0,56 %
---------	----------------------	-----	-------------	--------

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 89	Pozitivní	50 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 8	Pozitivní	4,5 %
	(80) DiaMed	>>> 34	Pozitivní	19 %
	(159) Grifols	>>> 35	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 177		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	0,56 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	0,56 %
		>>> 88	Pozitivní	50 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 8	Pozitivní	4,5 %
	(80) DiaMed	>>> 34	Pozitivní	19 %
	(159) Grifols	>>> 35	Pozitivní	20 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	5,6 %
	Celkem za vzorek: n = 177		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				

**(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 64	Pozitivní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 7	Pozitivní	4,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,68 %
	(80) DiaMed	>>> 31	Pozitivní	21 %
	(159) Grifols	>>> 34	Pozitivní	23 %
(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	6,8 %	
Celkem za vzorek: n = 147		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 64	Pozitivní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 7	Pozitivní	4,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,68 %
	(80) DiaMed	>>> 31	Pozitivní	21 %
	(159) Grifols	>>> 34	Pozitivní	23 %
(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	6,8 %	
Celkem za vzorek: n = 147		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(747) Screening protilátek (enzymový test)**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>> 56	Pozitivní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	0,79 %
		>>> 24	Pozitivní	19 %
	(159) Grifols	>>> 37	Pozitivní	29 %
(172) Immucor	>>> 1	Negativní	0,79 %	
	>>> 3	Pozitivní	2,4 %	
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>> 46	Negativní	37 %
		> 10	Pozitivní	7,9 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	> 3	Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>> 17	Negativní	13 %
		> 8	Pozitivní	6,3 %
	(159) Grifols	>>> 36	Negativní	29 %
		> 1	Pozitivní	0,79 %
(172) Immucor	>>> 3	Negativní	2,4 %	
	> 1	Pozitivní	0,79 %	
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(750) Identifikace protilátek**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	2	anti-K	3,4 %
		1	anti-K; anti-Lua	1,7 %
		>>> 56	anti-K; anti-M	95 %
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 95 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 59	anti-s	100 %
Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

**(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 4	titr 256	8,5 %
		± 1	titr 2	2,1 %
		± 1	titr 4	2,1 %
		± 1	titr 8	2,1 %
		± 1	titr 32	2,1 %
		± 15	titr 64	32 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 24	titr 128	51 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 3	titr 0 (neměřitelný)	6,4 %
		± 13	titr 1	28 %
		± 20	titr 2	43 %
		± 6	titr 4	13 %
		± 2	titr 8	4,3 %
		± 2	titr 64	4,3 %
		± 1	titr 128	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka**

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
		± 3	titr 1	5,8 %
		± 18	titr 2	35 %
		± 28	titr 4	54 %
		± 2	titr 8	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**Sada vzorků 3****(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,69 %
		>>> 144	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
S2	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,69 %
		>>> 144	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(761) Zkouška kompatibility (segment K1)**

S1	(0) výrobce neuveden	> 102	Negativní zkouška	70 %
		>>> 43	Pozitivní zkouška	30 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 144	Negativní zkouška	99 %
		1	Pozitivní zkouška	0,69 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)**

S1	(0) výrobce neuveden	± 65	Nelze podat, riziko hemolýzy	45 %
		± 56	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	39 %
		± 15	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	10 %
		± 9	Lze podat	6,2 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,4 %
		± 75	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	52 %
		± 6	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	4,1 %
		± 62	Lze podat	43 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(764) Zkouška kompatibility (segment K2)**

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 144	Negativní zkouška	99 %
		1	Pozitivní zkouška	0,69 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
S2	(0) výrobce neuveden	1	Negativní zkouška	0,69 %
		>>> 144	Pozitivní zkouška	99 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)**

S1	(0) výrobce neuveden	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,4 %
		± 74	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	51 %
		± 53	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	37 %
		± 16	Lze podat	11 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 143	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
S2	(0) výrobce neuveden	± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše 1,4% laboratoř neprovádí	
<p>----- Celkem za vzorek: n = 145 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit -----</p>				
st_kl	Konec sestavy			Vytištěno: 22.03.2018