

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

**Sada vzorků 1 a 2****(700) AB0 skupina**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	71	Krevní skupina: B	100 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	71	Krevní skupina: 0	100 %
	Celkem za vzorek: n = 71	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(705) Rh D antigen (dárce)**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	49	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	49	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(709) Rh D antigen (příjemce)**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	68	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	68	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(715) Antigen C**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(716) Antigen c**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(717) Antigen Cw**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	21	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	21	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(718) Antigen E**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(719) Antigen e**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	39	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 39	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(720) Antigen K**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	42	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 42	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	42	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 42	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(721) Antigen k**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	13	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	13	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(722) Antigen M</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(723) Antigen N</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 16	Negativní	84 %
	Celkem za vzorek: n = 19	3 Úspěšnost: 84 %	Pozitivní	16 %
Celková úspěšnost: 84 %				
<b>(724) Antigen S</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 19	>>> 18 Úspěšnost: 95 %	Pozitivní	95 %
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(725) Antigen s</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 19	>>> 18 Úspěšnost: 95 %	Pozitivní	95 %
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(726) Antigen P1</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 15	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 15	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(727) Antigen Fya</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(728) Antigen Fyb</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 19	>>> 18 Úspěšnost: 95 %	Pozitivní	95 %
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(729) Antigen Jka</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(730) Antigen Jkb</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(731) Antigen Lua</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(732) Antigen Lub</b>				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
	Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## (733) Antigen Lea

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 16	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 16	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## (734) Antigen Leb

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	88 %
		2	Pozitivní	13 %
	Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 88 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 16	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 88 %				

## (737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 67	Negativní	97 %
		2	Pozitivní	2,9 %
	Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 97 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 66	Negativní	96 %
		3	Pozitivní	4,3 %
	Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 96 %	
Celková úspěšnost: 96 %				

## (741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 45	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	2	Negativní	4,4 %
		>>> 43	Pozitivní	96 %
	Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost: 96 %	
Celková úspěšnost: 96 %				

## (743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 69	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Negativní	1,4 %
		>>> 68	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 99 %				

## (745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 49	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 49	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

## (747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	Všechny výsledky	2	Negativní	6,1 %
		>>> 31	Pozitivní	94 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 94 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 23	Negativní	70 %
		> 10	Pozitivní	30 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 94 %				

## (750) Identifikace protilátek

E1 a S1	Všechny výsledky	1	anti-K	5,6 %
		1	anti-K; anti-Lua	5,6 %
		>>> 16	anti-K; anti-M	89 %
	Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 89 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 18	anti-s	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 89 %				

## (752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 256	6,7 %
		± 1	titr 2	6,7 %
		± 1	titr 4	6,7 %
		± 1	titr 8	6,7 %
		± 5	titr 64	33 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	Všechny výsledky	± 6	titr 128	40 %
Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka**

E1 a S1	Všechny výsledky	± 5	titr 1	36 %
		± 7	titr 2	50 %
		± 2	titr 64	14 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka**

E2 a S2	Všechny výsledky	± 6	titr 2	35 %
		± 9	titr 4	53 %
		± 2	titr 8	12 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**Sada vzorků 3****(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,69 %
		>>> 144	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
S2	Všechny výsledky	1	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	0,69 %
		>>> 144	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 145		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(761) Zkouška kompatibility (segment K1)**

S1	Všechny výsledky	> 38	Negativní zkouška	68 %
		>>> 18	Pozitivní zkouška	32 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 56	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)**

S1	Všechny výsledky	± 25	Nelze podat, riziko hemolýzy	45 %
		± 22	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	39 %
		± 5	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	8,9 %
		± 4	Lze podat	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 1	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,8 %
		± 35	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	63 %
		± 3	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	5,4 %
		± 17	Lze podat	30 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(764) Zkouška kompatibility (segment K2)**

S1	Všechny výsledky	>>> 56	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 56	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)**

S1	Všechny výsledky	± 1	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,8 %
		± 34	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	61 %
		± 13	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	23 %
		± 8	Lze podat	14 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 55	Nelze podat, riziko hemolýzy	98 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		