

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,79 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	53	Krevní skupina: 0	42 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	5	Krevní skupina: 0	4,0 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	7	Krevní skupina: 0	5,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	7	Krevní skupina: 0	5,6 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	4	Krevní skupina: 0	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	22	Krevní skupina: 0	17 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	26	Krevní skupina: 0	21 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,79 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Krevní skupina: A	0,79 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	53	Krevní skupina: A	42 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	5	Krevní skupina: A	4,0 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	7	Krevní skupina: A	5,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	7	Krevní skupina: A	5,6 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	4	Krevní skupina: A	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	22	Krevní skupina: A	17 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	26	Krevní skupina: A	21 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: A	0,79 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	37	Neuvedeno	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	37	A podskupina A1	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	33	Pozitivní (RhD+)	42 %
			1	w/v (RhD weak/variant)	1,3 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	10	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	14	Pozitivní (RhD+)	18 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 99 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	34	Pozitivní (RhD+)	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	10	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	14	Pozitivní (RhD+)	18 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 99 %

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,82 %
		>>>	53	Pozitivní (RhD+)	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	7	Pozitivní (RhD+)	5,7 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	16 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	27	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost: 99 %			

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 54	Pozitivní (RhD+)	44 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 7	Pozitivní (RhD+)	5,7 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 19	Pozitivní (RhD+)	16 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 27	Pozitivní (RhD+)	22 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost: 100 %	

Celková úspěšnost: 99 %

(715) Antigen C

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	35 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,8 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 6	Pozitivní	12 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 22	Pozitivní	42 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
(1) Zkumavkový test		>>> 18	Pozitivní	35 %	
(2) Mikrotit. des. - aut.		>>> 2	Pozitivní	3,8 %	
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>> 6	Pozitivní	12 %	
(8) Laterální difuze		>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>> 22	Pozitivní	42 %	
(10) Pevná fáze		>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(716) Antigen c

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	(1) Zkumavkový test	>>> 18	Pozitivní	35 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,8 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 6	Pozitivní	12 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 22	Pozitivní	42 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,9 %	
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	1,9 %
(1) Zkumavkový test		>>> 18	Negativní	35 %	
(2) Mikrotit. des. - aut.		>>> 2	Negativní	3,8 %	
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>> 1	Negativní	1,9 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>> 6	Negativní	12 %	
(8) Laterální difuze		>>> 1	Negativní	1,9 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>> 22	Negativní	42 %	
(10) Pevná fáze		>>> 1	Negativní	1,9 %	
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	2,4 %	
		1	Pozitivní	2,4 %	
	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Negativní	41 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	4,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 5	Negativní	12 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	2,4 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 13	Negativní	32 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	2,4 %	
	Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 2	Negativní	4,9 %
(1) Zkumavkový test		>>> 17	Negativní	41 %	
(2) Mikrotit. des. - aut.		>>> 2	Negativní	4,9 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>> 5	Negativní	12 %	
(8) Laterální difuze		>>> 1	Negativní	2,4 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>> 13	Negativní	32 %	
(10) Pevná fáze		>>> 1	Negativní	2,4 %	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,9 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	18	Negativní	35 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2	Negativní	3,8 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Negativní	1,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	6	Negativní	12 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Negativní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	22	Negativní	42 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní
(1) Zkumavkový test		>>>	18	Negativní	35 %
(2) Mikrotit. des. - aut.		>>>	2	Negativní	3,8 %
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>>	1	Negativní	1,9 %
(7) Sloup. aglut. - automat		>>>	6	Negativní	12 %
(8) Laterální difuze		>>>	1	Negativní	1,9 %
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>>	22	Negativní	42 %
(10) Pevná fáze		>>>	1	Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(719) Antigen e

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	1,9 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	18	Pozitivní	35 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2	Pozitivní	3,8 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Pozitivní	1,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	6	Pozitivní	12 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Pozitivní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	22	Pozitivní	42 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní
(1) Zkumavkový test		>>>	18	Pozitivní	35 %
(2) Mikrotit. des. - aut.		>>>	2	Pozitivní	3,8 %
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>>	1	Pozitivní	1,9 %
(7) Sloup. aglut. - automat		>>>	6	Pozitivní	12 %
(8) Laterální difuze		>>>	1	Pozitivní	1,9 %
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>>	22	Pozitivní	42 %
(10) Pevná fáze		>>>	1	Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(720) Antigen K

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	19	Negativní	34 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2	Negativní	3,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	6	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	24	Negativní	43 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	19	Negativní	34 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2	Negativní	3,6 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	6	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1	Negativní	1,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	24	Negativní	43 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(721) Antigen k

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	19	Pozitivní	54 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1	Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	14	Pozitivní	40 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Pozitivní	54 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	40 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(722) Antigen M				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Negativní	55 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Negativní	32 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Pozitivní	55 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Pozitivní	32 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(723) Antigen N				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	10 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	38 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	10 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 1	Negativní	3,4 %
		>>> 10	Pozitivní	34 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(724) Antigen S				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Negativní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Negativní	35 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Negativní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Negativní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Negativní	35 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(725) Antigen s				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	35 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	52 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	35 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(726) Antigen P1				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	67 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	4,2 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 7	Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 2	Negativní	8,3 %
		>>> 14	Pozitivní	58 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	4,2 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 7	Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(727) Antigen Fya				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	48 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	39 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Pozitivní	48 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	39 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(728) Antigen Fyb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	3,2 %
		>>> 14	Pozitivní	45 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	39 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	3,2 %
		>>> 14	Pozitivní	45 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	39 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	37 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	37 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Negativní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	6,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Negativní	37 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	53 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	6,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 11	Pozitivní	37 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 14	Negativní	58 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	4,2 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 9	Negativní	38 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 14	Negativní	58 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	4,2 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 9	Negativní	38 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 13	Pozitivní	57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	4,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 9	Pozitivní	39 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 13	Pozitivní	57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	4,3 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 9	Pozitivní	39 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	16	Negativní	57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2	Negativní	7,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	10	Negativní	36 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	16	Negativní	57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2	Negativní	7,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	10	Negativní	36 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	16	Pozitivní	57 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	10	Pozitivní	36 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	1	Negativní	3,6 %
		>>>	15	Pozitivní	54 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2	Pozitivní	7,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	10	Pozitivní	36 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 96 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	0,96 %	
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	5	Negativní	4,8 %	
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	16	Negativní	15 %	
	(5) Pevná fáze	>>>	1	Negativní	0,96 %	
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1	Negativní	0,96 %	
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	80	Negativní	77 %	
	Celkem za vzorek: n = 104		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	0,96 %
(1) Zkumavkový test: NAT		>>>	5	Negativní	4,8 %	
(3) Sloup. agl.: NAT - automat		>>>	16	Negativní	15 %	
(5) Pevná fáze		>>>	1	Negativní	0,96 %	
(6) Mikrotit. des.: NAT		>>>	1	Negativní	0,96 %	
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně		>>>	79	Negativní	76 %	
		>>>	1	Pozitivní	0,96 %	
Celkem za vzorek: n = 104		Úspěšnost: 99 %				
Celková úspěšnost: 99 %						

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní	2,6 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	16	Pozitivní	21 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>>	2	Pozitivní	2,6 %
	(5) Pevná fáze	>>>	8	Pozitivní	11 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	45	Pozitivní	59 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	2	Pozitivní	2,6 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	16	Pozitivní	21 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>>	2	Pozitivní	2,6 %
	(5) Pevná fáze	>>>	8	Pozitivní	11 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1	Pozitivní	1,3 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	45	Pozitivní	59 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	0,87 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>>	1	Pozitivní	0,87 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>>	1	Pozitivní	0,87 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>>	28	Pozitivní	24 %
	(5) Pevná fáze	>>>	3	Pozitivní	2,6 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>>	1	Pozitivní	0,87 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>>	80	Pozitivní	70 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 115		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 28	Pozitivní	24 %
	(5) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní	2,6 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 80	Pozitivní	70 %
Celkem za vzorek: n = 115		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 24	Pozitivní	26 %
	(5) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 62	Pozitivní	66 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 94		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 24	Pozitivní	26 %
	(5) Pevná fáze	>>> 3	Pozitivní	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 62	Pozitivní	66 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 94		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 20	Pozitivní	22 %
	(7) Mikrotit. des.: enzym	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 6	Pozitivní	6,6 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 62	Pozitivní	68 %
Celkem za vzorek: n = 91		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 20	Pozitivní	22 %
	(7) Mikrotit. des.: enzym	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 6	Pozitivní	6,6 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 62	Pozitivní	68 %
Celkem za vzorek: n = 91		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 33	anti-E; anti-Cw	100 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 33	anti-E; anti-S	100 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 2	3,8 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 1	titr 256	3,8 %
		± 1	titr 16	3,8 %
		± 2	titr 32	7,7 %
		± 2	titr 64	7,7 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 7	titr 8	27 %
		± 7	titr 16	27 %
		± 5	titr 32	19 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 2	3,8 %
		± 1	titr 32	3,8 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 4	titr 8	15 %
		± 3	titr 16	12 %
		± 2	titr 32	7,7 %
		± 1	titr 64	3,8 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 5	titr 8	19 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 3	titr 16	12 %
		± 5	titr 32	19 %
		± 1	titr 64	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 4	3,8 %
		± 1	titr 256	3,8 %
		± 2	titr 16	7,7 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 4	titr 32	15 %
		± 3	titr 64	12 %
		± 1	titr 128	3,8 %
		± 1	titr 256	3,8 %
		± 1	titr 4	3,8 %
		± 2	titr 8	7,7 %
		± 3	titr 16	12 %
		± 4	titr 32	15 %
		± 3	titr 64	12 %
		(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 1	titr 256
± 1	titr 4		3,8 %	
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka

E2 a S2	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 2	titr 16	7,7 %
		± 1	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 32	3,8 %
		± 2	titr 16	7,7 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 2	titr 16	7,7 %
		± 2	titr 32	7,7 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 9	titr 8	35 %
		± 7	titr 16	27 %
		± 2	titr 32	7,7 %
		Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit

Sada vzorků 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 102	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 102	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 3	Pozitivní zkouška	2,9 %	
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 14	Pozitivní zkouška	14 %	
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní zkouška	2,0 %	
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,98 %	
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 79	Pozitivní zkouška	77 %	
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Pozitivní zkouška	2,0 %	
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,98 %	
	Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
	S2	(0) Neuvedeno	>>> 3	Negativní zkouška	2,9 %
		(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 14	Negativní zkouška	14 %
(5) Pevná fáze		>>> 2	Negativní zkouška	2,0 %	
(6) Mikrotit. des.: NAT		>>> 1	Negativní zkouška	0,98 %	
(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně		>>> 79	Negativní zkouška	77 %	
(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál		>>> 2	Negativní zkouška	2,0 %	
(99) Jiný princip měření		>>> 1	Negativní zkouška	0,98 %	
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	± 100	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 1	Podmíněné výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	0,99 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,0 %
		± 54	Podmíněné výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	53 %
		± 32	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	32 %
		± 13	Lze podat	13 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 3	Negativní zkouška	2,9 %
----	---------------	-------	-------------------	-------

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
S1	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 15	Negativní zkouška	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Negativní zkouška	2,0 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,98 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 78	Negativní zkouška	76 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Negativní zkouška	2,0 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Negativní zkouška	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) Neuvedeno	>>> 3	Pozitivní zkouška	2,9 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 15	Pozitivní zkouška	15 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní zkouška	2,0 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,98 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 78	Pozitivní zkouška	76 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Pozitivní zkouška	2,0 %
(99) Jiný princip měření	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,98 %	
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	± 1	Nelze podat, riziko hemolýzy	0,99 %
		± 53	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	52 %
		± 18	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	18 %
		± 29	Lze podat	29 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 100	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	0,99 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 19.06.2018