

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,6 %
	(6) APR	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	49	Krevní skupina: 0	39 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Krevní skupina: 0	3,2 %
	(52) Dynex	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,79 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	9	Krevní skupina: 0	7,1 %
	(80) DiaMed	>>>	15	Krevní skupina: 0	12 %
	(159) Grifols	>>>	12	Krevní skupina: 0	9,5 %
	(172) Immucor	>>>	12	Krevní skupina: 0	9,5 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: 0	6,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Krevní skupina: 0	4,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: 0	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Krevní skupina: A	1,6 %
	(6) APR	>>>	2	Krevní skupina: A	1,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	49	Krevní skupina: A	39 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Krevní skupina: A	3,2 %
	(52) Dynex	>>>	1	Krevní skupina: A	0,79 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	9	Krevní skupina: A	7,1 %
	(80) DiaMed	>>>	15	Krevní skupina: A	12 %
	(159) Grifols	>>>	12	Krevní skupina: A	9,5 %
	(172) Immucor	>>>	12	Krevní skupina: A	9,5 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: A	6,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	6	Krevní skupina: A	4,8 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: A	1,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: A	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	37	Neuvedeno	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	37	A podskupina A1	100 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	27	Pozitivní (RhD+)	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	6,3 %
	(80) DiaMed	>>>	9	Pozitivní (RhD+)	11 %
	(159) Grifols	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(172) Immucor	>>>	17	Pozitivní (RhD+)	22 %
			1	w/v (RhD weak/variant)	1,3 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	5,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 99 %			

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(6) APR	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>>	27	Pozitivní (RhD+)	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(52) Dynex	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5	Pozitivní (RhD+)	6,3 %
	(80) DiaMed	>>>	9	Pozitivní (RhD+)	11 %
	(159) Grifols	>>>	6	Pozitivní (RhD+)	7,6 %
	(172) Immucor	>>>	18	Pozitivní (RhD+)	23 %
	(173) Sanguin	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	5,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,5 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E2 a S2	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 79		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	(6) APR	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>> 42	Pozitivní (RhD+)	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	3,3 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	(52) Dynex	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 7	Pozitivní (RhD+)	5,7 %
	(80) DiaMed	>>> 12	Pozitivní (RhD+)	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní (RhD+)	11 %
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,82 %
		>>> 16	Pozitivní (RhD+)	13 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní (RhD+)	4,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	(6) APR	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(14) Bio-Rad	>>> 42	Pozitivní (RhD+)	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	3,3 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,82 %
	(52) Dynex	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,5 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 7	Pozitivní (RhD+)	5,7 %
	(80) DiaMed	>>> 12	Pozitivní (RhD+)	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní (RhD+)	11 %
	(172) Immucor	>>> 17	Pozitivní (RhD+)	14 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní (RhD+)	4,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Pozitivní (RhD+)	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 122		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 21	Pozitivní	40 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 21	Pozitivní	40 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>> 21	Pozitivní	40 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>> 8	Pozitivní	15 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	21 Negativní	40 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	12 %
	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	5,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	2,4 %
			1 Pozitivní	2,4 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4 Negativní	9,8 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Negativní	7,3 %
	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	5 Negativní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	12 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	4,9 %	
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2 Negativní	4,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4 Negativní	9,8 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Negativní	7,3 %
	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	5 Negativní	12 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	12 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	4,9 %	
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	21 Negativní	40 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	12 %
	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	21 Negativní	40 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	12 %
	(159) Grifols	>>>	8 Negativní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,8 %
(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,9 %	
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	21 Pozitivní	40 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>>	8 Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	21 Pozitivní	40 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>>	8 Pozitivní	15 %
	(172) Immucor	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,9 %	
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	19 Negativní	34 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>>	11 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	5,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3 Negativní	5,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(14) Bio-Rad	>>>	19 Negativní	34 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(80) DiaMed	>>>	6 Negativní	11 %
	(159) Grifols	>>>	11 Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	5,4 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3 Negativní	5,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	8 Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5 Pozitivní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	20 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	8 Pozitivní	23 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5 Pozitivní	14 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	20 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	8,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(722) Antigen M				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	8 Negativní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Negativní	16 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(172) Immucor	>>>	9 Negativní	29 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	8 Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	9,7 %
	(172) Immucor	>>>	9 Pozitivní	29 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Pozitivní	3,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	8 Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	6,9 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>>	4 Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	6,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	8 Pozitivní	28 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	6,9 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>>	1 Negativní	3,4 %
		>>>	3 Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	6 Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	6,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 29		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	9 Negativní	29 %
	(50) Merck	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Negativní	16 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9 Negativní	29 %
	(50) Merck	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Negativní	16 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	9,7 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Pozitivní	16 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	29 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E2 a S2	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	16 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(726) Antigen P1

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	17 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	8,3 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	25 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	4,2 %
		>>> 3	Pozitivní	13 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní	4,2 %
		>>> 1	Pozitivní	4,2 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	25 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 92 %		

Celková úspěšnost: 92 %

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní	3,2 %
		>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(172) Immucor	>>> 1	Negativní	3,2 %
		>>> 3	Pozitivní	9,7 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		

Celková úspěšnost: 97 %

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	30 %
	(50) Merck	>>> 1	Pozitivní	3,3 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E1 a S1	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,7 %
	Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	30 %
	(50) Merck	>>>	1 Pozitivní	3,3 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	13 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,7 %	
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	9 Negativní	30 %
	(50) Merck	>>>	1 Negativní	3,3 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	3,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Negativní	13 %
	(159) Grifols	>>>	3 Negativní	10 %
	(172) Immucor	>>>	3 Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	13 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	6,7 %	
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	30 %
	(50) Merck	>>>	1 Pozitivní	3,3 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	3,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(172) Immucor	>>>	3 Pozitivní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	13 %
(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,7 %	
Celkem za vzorek: n = 30		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	7 Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	13 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Negativní	13 %
	(159) Grifols	>>>	2 Negativní	8,3 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	8,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	7 Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	13 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Negativní	13 %
	(159) Grifols	>>>	2 Negativní	8,3 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	8,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 24		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(732) Antigen Lub

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	7 Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	13 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	2 Pozitivní	8,7 %
	(172) Immucor	>>>	2 Pozitivní	8,7 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	8,7 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E1 a S1	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Pozitivní	4,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	13 %
	Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	7 Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	13 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	13 %
	(159) Grifols	>>>	2 Pozitivní	8,7 %
	(172) Immucor	>>>	2 Pozitivní	8,7 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	8,7 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Pozitivní	4,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	13 %
Celkem za vzorek: n = 23		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10 Negativní	36 %
	(50) Merck	>>>	1 Negativní	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Negativní	18 %
	(172) Immucor	>>>	6 Negativní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Negativní	3,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10 Negativní	36 %
	(50) Merck	>>>	1 Negativní	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Negativní	18 %
	(172) Immucor	>>>	6 Negativní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Negativní	3,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	36 %
	(50) Merck	>>>	1 Pozitivní	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	7,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	36 %
	(50) Merck	>>>	1 Pozitivní	3,6 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	11 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	7,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	3,6 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	0,96 %
	(6) APR	>>>	1 Negativní	0,96 %
	(14) Bio-Rad	>>>	51 Negativní	49 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4 Negativní	3,8 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	0,96 %
	(80) DiaMed	>>>	28 Negativní	27 %
	(159) Grifols	>>>	14 Negativní	13 %
	(172) Immucor	>>>	2 Negativní	1,9 %
	(173) Sanguin	>>>	1 Negativní	0,96 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	0,96 %
	Celkem za vzorek: n = 104		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní	0,96 %
	(6) APR	>>>	1 Negativní	0,96 %
	(14) Bio-Rad	>>>	50 Negativní	48 %
			1 Pozitivní	0,96 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4 Negativní	3,8 %
(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	0,96 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(80) DiaMed	>>> 28	Negativní	27 %
	(159) Grifols	>>> 14	Negativní	13 %
	(172) Immucor	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní	0,96 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	0,96 %
Celkem za vzorek: n = 104		Úspěšnost: 99 %		

Celková úspěšnost: 99 %

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 2	Pozitivní	2,6 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 32	Pozitivní	42 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 18	Pozitivní	24 %
	(159) Grifols	>>> 9	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>> 11	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 2	Pozitivní	2,6 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 32	Pozitivní	42 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>> 18	Pozitivní	24 %
	(159) Grifols	>>> 9	Pozitivní	12 %
	(172) Immucor	>>> 11	Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 76		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 60	Pozitivní	52 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	3,5 %
	(80) DiaMed	>>> 27	Pozitivní	23 %
	(159) Grifols	>>> 16	Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 115		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Pozitivní	0,87 %
	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
	(14) Bio-Rad	>>> 60	Pozitivní	52 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	3,5 %
	(80) DiaMed	>>> 27	Pozitivní	23 %
	(159) Grifols	>>> 16	Pozitivní	14 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 115		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(14) Bio-Rad	>>> 45	Pozitivní	48 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	4,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 21	Pozitivní	22 %
	(159) Grifols	>>> 16	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 94		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(14) Bio-Rad	>>> 45	Pozitivní	48 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	4,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 21	Pozitivní	22 %
	(159) Grifols	>>> 16	Pozitivní	17 %
	(172) Immucor	>>> 5	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 94		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 47	Pozitivní	52 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Pozitivní	27 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(159) Grifols	>>> 16	Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 91		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 47	Pozitivní	52 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Pozitivní	27 %
	(159) Grifols	>>> 16	Pozitivní	18 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 91		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(750) Identifikace profilátek

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 33	anti-E; anti-Cw	100 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 33	anti-E; anti-S	100 %
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. profilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 256	3,8 %
		± 1	titr 2	3,8 %
		± 7	titr 8	27 %
		± 8	titr 16	31 %
		± 7	titr 32	27 %
		± 2	titr 64	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. profilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 2	3,8 %
		± 9	titr 8	35 %
		± 6	titr 16	23 %
		± 8	titr 32	31 %
		± 2	titr 64	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. profilátka

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 2	titr 256	7,7 %
		± 2	titr 4	7,7 %
		± 2	titr 8	7,7 %
		± 5	titr 16	19 %
		± 8	titr 32	31 %
		± 6	titr 64	23 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. profilátka

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
		± 9	titr 8	35 %
		± 11	titr 16	42 %
		± 5	titr 32	19 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada vzorků 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 102	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 102	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 102	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 102	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	± 100	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	0,99 %
Celkem za vzorek: n = 101		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,0 %
		± 54	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	53 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
S2			laboratoř neprovádí	
		± 32	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	32 %
		± 13	Lze podat	13 %
Celkem za vzorek: n = 101			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	>>> 102	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 102			Úspěšnost: 100 %	
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 102	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 102			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	± 1	Nelze podat, riziko hemolýzy	0,99 %
		± 53	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	52 %
		± 18	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	18 %
		± 29	Lze podat	29 %
Celkem za vzorek: n = 101			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
S2	(0) výrobce neuveden	± 100	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 1	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	0,99 %
Celkem za vzorek: n = 101			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 19.06.2018