

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1 a 2**(700) AB0 skupina**

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	25	Krevní skupina: 0	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	25	Krevní skupina: A	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(703) A podskupina

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	3	Neuvedeno	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	3	A podskupina A1	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	19	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	25	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	25	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(715) Antigen C

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(716) Antigen c

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(717) Antigen Cw

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	4	Negativní	80 %
			1	Pozitivní	20 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 80 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	5	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 80 %					

(718) Antigen E

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	12	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(719) Antigen e

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(720) Antigen K

E1 a S1	Všechny výsledky	>>>	13	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	Všechny výsledky	>>>	13	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %			

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 100 %				
(721) Antigen k				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 4		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(722) Antigen M				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(723) Antigen N				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(724) Antigen S				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(725) Antigen s				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(726) Antigen P1				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 1	Negativní	33 %
		>>> 2	Pozitivní	67 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 67 %		
Celková úspěšnost: 67 %				
(727) Antigen Fya				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(728) Antigen Fyb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 1	Negativní	33 %
		>>> 2	Pozitivní	67 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 67 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 1	Negativní	33 %
		>>> 2	Pozitivní	67 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 67 %		
Celková úspěšnost: 67 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(731) Antigen Lua				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 1	Negativní	33 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 67 %		
Celková úspěšnost: 67 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 25	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 25	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 8	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 8	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 8	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 8	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(750) Identifikace protilátek				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 3	anti-E; anti-Cw	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 3	anti-E; anti-S	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 8	50 %
	Celkem za vzorek: n = 2	± 1	titr 16	50 %
	Celkem za vzorek: n = 2	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 8	50 %
		± 1	titr 32	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 1	titr 8	50 %
		± 1	titr 16	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(757) Titrace prot., Vzorek 2: 2. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 1	titr 8	50 %
		± 1	titr 16	50 %
Celkem za vzorek: n = 2		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada vzorků 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 102	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 102	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	Všechny výsledky	± 19	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 9	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	47 %
		± 7	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	37 %
		± 3	Lze podat	16 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	Všechny výsledky	± 9	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	47 %
		± 5	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	26 %
		± 5	Lze podat	26 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 19	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		