

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	1	Neuvedeno	0,54 %
		>>>	53	Krevní skupina: B	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	9	Krevní skupina: B	4,9 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: B	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	13	Krevní skupina: B	7,1 %
	(80) DiaMed	>>>	16	Krevní skupina: B	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,54 %
		>>>	31	Krevní skupina: B	17 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: B	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	34	Krevní skupina: B	18 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: B	4,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: B	3,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: B	0,54 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: B	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: B	2,2 %

Celkem za vzorek: n = 184 ----- Úspěšnost: 99 %

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	54	Krevní skupina: 0	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	9	Krevní skupina: 0	4,9 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	13	Krevní skupina: 0	7,1 %
	(80) DiaMed	>>>	16	Krevní skupina: 0	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	31	Krevní skupina: 0	17 %
		>>>	1	Krevní skupina: B	0,54 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	34	Krevní skupina: 0	18 %
	(173) Sanguin	>>>	8	Krevní skupina: 0	4,3 %
	(174) IVT Imuno	>>>	7	Krevní skupina: 0	3,8 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,54 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: 0	1,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Krevní skupina: 0	2,2 %

Celkem za vzorek: n = 184 ----- Úspěšnost: 99 %

Celková úspěšnost: 99 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,86 %
	(6) APR	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,86 %
	(14) Bio-Rad	>>>	30	Negativní (RhD-)	26 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Negativní (RhD-)	3,4 %
	(52) Dynex	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,7 %
	(80) DiaMed	>>>	10	Negativní (RhD-)	8,6 %
	(159) Grifols	>>>	20	Negativní (RhD-)	17 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,86 %
	(171) Diagast	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,6 %
	(172) Immucor	>>>	30	Negativní (RhD-)	26 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Negativní (RhD-)	3,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,7 %

Celkem za vzorek: n = 116 ----- Úspěšnost: 100 %

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,86 %
	(6) APR	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,86 %
	(14) Bio-Rad	>>>	30	Pozitivní (RhD+)	26 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	3,4 %
	(52) Dynex	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,7 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,7 %
	(80) DiaMed	>>>	10	Pozitivní (RhD+)	8,6 %
	(159) Grifols	>>>	20	Pozitivní (RhD+)	17 %
	(170) Biotest	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,86 %
	(171) Diagast	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,6 %
	(172) Immucor	>>>	30	Pozitivní (RhD+)	26 %
	(173) Sanguin	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,6 %
	(174) IVT Imuno	>>>	3	Pozitivní (RhD+)	2,6 %
		>>>	1	w/v (RhD weak/variant)	0,86 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E2 a S2	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	2,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 116 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,57 %
	(14) Bio-Rad	>>> 51	Negativní (RhD-)	29 %
			1 Pozitivní (RhD+)	0,57 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 9	Negativní (RhD-)	5,1 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,57 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 9	Negativní (RhD-)	5,1 %
	(80) DiaMed	>>> 13	Negativní (RhD-)	7,4 %
	(159) Grifols	>>> 32	Negativní (RhD-)	18 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,57 %
	(171) Diagast	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 36	Negativní (RhD-)	20 %
	(173) Sanguin	>>> 8	Negativní (RhD-)	4,5 %
	(174) IVT Imuno	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,3 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,57 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	1,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 176 ----- Úspěšnost: 99 % -----				

E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,57 %
	(14) Bio-Rad	>>> 52	Pozitivní (RhD+)	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 9	Pozitivní (RhD+)	5,1 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,57 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 9	Pozitivní (RhD+)	5,1 %
	(80) DiaMed	>>> 13	Pozitivní (RhD+)	7,4 %
	(159) Grifols	>>> 32	Pozitivní (RhD+)	18 %
	(170) Biotest	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,57 %
	(171) Diagast	>>> 2	Pozitivní (RhD+)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 36	Pozitivní (RhD+)	20 %
	(173) Sanguin	>>> 8	Pozitivní (RhD+)	4,5 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,57 %
		>>> 3	Pozitivní (RhD+)	1,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní (RhD+)	0,57 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní (RhD+)	1,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní (RhD+)	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 176 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 26	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,3 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 22	Negativní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 16	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	4,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 87 ----- Úspěšnost: 100 % -----				

E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 26	Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,3 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>> 22	Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 16	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	4,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 87 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 26	Pozitivní	30 %
---------	--------------	--------	-----------	------

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,3 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>> 22	Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 16	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	4,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 26	Pozitivní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	2,3 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	10 %
	(159) Grifols	>>> 22	Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 16	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	4,6 %
(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	3,4 %	
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 14	Negativní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Negativní	36 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(172) Immucor	>>> 12	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 14	Negativní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Negativní	36 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(172) Immucor	>>> 12	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 26	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,3 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 22	Negativní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 16	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,3 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	4,6 %
(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	3,4 %	
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 26	Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,3 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	10 %
	(159) Grifols	>>> 22	Negativní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 16	Negativní	18 %
(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,3 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	4,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	3,4 %
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	26 Pozitivní	30 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	2,3 %	
	(80) DiaMed	>>>	9 Pozitivní	10 %	
	(159) Grifols	>>>	22 Pozitivní	25 %	
	(171) Diagast	>>>	1 Pozitivní	1,1 %	
	(172) Immucor	>>>	16 Pozitivní	18 %	
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	2,3 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,1 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	1,1 %	
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	4,6 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	3,4 %		
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 100 %			
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	26 Pozitivní	30 %	
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	2,3 %	
	(80) DiaMed	>>>	9 Pozitivní	10 %	
	(159) Grifols	>>>	22 Pozitivní	25 %	
	(171) Diagast	>>>	1 Pozitivní	1,1 %	
	(172) Immucor	>>>	1 Negativní	1,1 %	
			>>>	15 Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Pozitivní	2,3 %	
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,1 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	1,1 %	
(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	4,6 %		
(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	3,4 %		
Celkem za vzorek: n = 87		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

(720) Antigen K

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	27 Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	3,3 %
	(80) DiaMed	>>>	9 Negativní	9,9 %
	(159) Grifols	>>>	25 Negativní	27 %
	(171) Diagast	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	15 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	2,2 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	4,4 %
(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	3,3 %	
Celkem za vzorek: n = 91		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	27 Negativní	30 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	3,3 %
	(80) DiaMed	>>>	9 Negativní	9,9 %
	(159) Grifols	>>>	25 Negativní	27 %
	(171) Diagast	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>>	15 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	2 Negativní	2,2 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	4,4 %
(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	3,3 %	
Celkem za vzorek: n = 91		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	7 Pozitivní	14 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	5 Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	4,1 %
	(159) Grifols	>>>	13 Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	13 Pozitivní	27 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	14 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,0 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 5	Pozitivní	10 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 13	Pozitivní	27 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(722) Antigen M

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	22 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	8,2 %
	(159) Grifols	>>> 12	Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	10 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	8,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	22 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	6,1 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	8,2 %
	(159) Grifols	>>> 12	Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	10 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	8,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Neuvedeno	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	22 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	22 %
	(52) Dynex	>>> 1	Neuvedeno	2,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	6,3 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	8,3 %
	(159) Grifols	>>> 12	Negativní	25 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	10 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	6,3 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Negativní	8,3 %
	(159) Grifols	>>> 12	Negativní	25 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>>	7 Negativní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	10 %
	(174) IVT Imuno		1 Neuvedeno	2,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	6,5 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	8,7 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	6,5 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	8,7 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	5 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno		1 Neuvedeno	2,2 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	8,7 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	9 Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	8,3 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Negativní	5,6 %
	(159) Grifols	>>>	9 Negativní	25 %
	(172) Immucor	>>>	3 Negativní	8,3 %
	(173) Sanguin	>>>	8 Negativní	22 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	8,3 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	5,6 %
	(159) Grifols	>>>	9 Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>>	3 Pozitivní	8,3 %
	(173) Sanguin	>>>	8 Pozitivní	22 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13 Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	5,9 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>>	8 Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	14 %
	(174) IVT Imuno		1 Neuvedeno	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13 Negativní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	5,9 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Negativní	5,9 %
	(159) Grifols	>>>	12 Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>>	8 Negativní	16 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Negativní	14 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13 Negativní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4 Negativní	8,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 12	Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>> 7	Negativní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Negativní	12 %
	(174) IVT Imuno		1 Neuvedeno	2,0 %
	(203) ANTI TOXIN	>>> 3	Negativní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	27 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	8,2 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
	(159) Grifols	>>> 12	Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTI TOXIN	>>> 3	Pozitivní	6,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	25 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	6,3 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	6,3 %
	(159) Grifols	>>> 13	Negativní	27 %
	(172) Immucor	>>> 6	Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Negativní	13 %
	(203) ANTI TOXIN	>>> 4	Negativní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	25 %
	(52) Dynex		1 Neuvedeno	2,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(203) ANTI TOXIN	>>> 4	Pozitivní	8,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 11	Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	8,7 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,2 %
	(203) ANTI TOXIN	>>> 3	Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 11	Negativní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Negativní	8,7 %
	(80) DiaMed	>>> 3	Negativní	6,5 %
	(159) Grifols	>>> 13	Negativní	28 %
	(172) Immucor	>>> 6	Negativní	13 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	11 %
	(174) IVT Imuno		1 Neuvedeno	2,2 %
	(203) ANTI TOXIN	>>> 3	Negativní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 7	Negativní	20 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 3	Negativní	8,6 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 13	Negativní	37 %
	(172) Immucor	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	11 %
	(203) ANTI TOXIN	>>> 2	Negativní	5,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	8,6 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 7	Negativní	20 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E2 a S2	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	5,7 %
			1 Pozitivní	2,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	2,9 %
	(159) Grifols	>>>	13 Negativní	37 %
	(172) Immucor	>>>	2 Negativní	5,7 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	11 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	5,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	8,6 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %	
Celková úspěšnost: 97 %				

(732) Antigen Lub

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	6 Pozitivní	18 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	3,0 %
			>>>	3 Pozitivní
Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	6 Pozitivní	18 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	3,0 %
	(159) Grifols	>>>	12 Pozitivní	36 %
	(172) Immucor	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	9,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Pozitivní	6,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Pozitivní	12 %
	Celkem za vzorek: n = 33		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 97 %				

(733) Antigen Lea

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	2,6 %
	(159) Grifols	>>>	10 Negativní	26 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	7,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12 Negativní	31 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	7,7 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Negativní	2,6 %
	(159) Grifols	>>>	10 Negativní	26 %
	(172) Immucor	>>>	4 Negativní	10 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	7,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(734) Antigen Leb

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	32 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	7,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>>	10 Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	32 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	7,9 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(159) Grifols	>>>	10 Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	4 Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	11 %
(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,9 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(737) Přímý Coombsův test

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 69	Negativní	49 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 9	Negativní	6,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 29	Negativní	21 %
	(159) Grifols	>>> 28	Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>> 3	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	1	Neuvedeno	0,71 %
		>>> 68	Negativní	49 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 9	Negativní	6,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 29	Negativní	21 %
	(159) Grifols	>>> 28	Negativní	20 %
	(172) Immucor	>>> 3	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	1	Negativní	1,0 %
		>>> 33	Pozitivní	34 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(80) DiaMed	1	Negativní	1,0 %
		>>> 20	Pozitivní	21 %
	(159) Grifols	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(171) Diagast	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(172) Immucor	2	Negativní	2,1 %
		>>> 15	Pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 96		Úspěšnost: 96 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(14) Bio-Rad	>>> 34	Pozitivní	35 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	3,1 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(80) DiaMed	>>> 21	Pozitivní	22 %
	(159) Grifols	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(171) Diagast	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Pozitivní	18 %
Celkem za vzorek: n = 96		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 73	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 9	Pozitivní	5,7 %
	(80) DiaMed	>>> 29	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 35	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>> 11	Pozitivní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 157		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 73	Pozitivní	46 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 9	Pozitivní	5,7 %
	(80) DiaMed	>>> 29	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 35	Pozitivní	22 %
	(172) Immucor	>>> 11	Pozitivní	7,0 %
Celkem za vzorek: n = 157		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 53	Pozitivní	41 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 8	Pozitivní	6,2 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,77 %
	(80) DiaMed	>>> 27	Pozitivní	21 %
	(159) Grifols	>>> 32	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 53	Pozitivní	41 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 8	Pozitivní	6,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,77 %
	(80) DiaMed	>>> 27	Pozitivní	21 %
	(159) Grifols	>>> 32	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	6,9 %
Celkem za vzorek: n = 130		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 45	Pozitivní	42 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	3,7 %
	(80) DiaMed		1 Negativní	0,93 %
		>>> 19	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 36	Pozitivní	33 %
	(172) Immucor		1 Negativní	0,93 %
		>>> 2	Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 108		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 45	Negativní	42 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 4	Negativní	3,7 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Negativní	18 %
			1 Pozitivní	0,93 %
	(159) Grifols	>>> 35	Negativní	32 %
			1 Pozitivní	0,93 %
	(172) Immucor	>>> 3	Negativní	2,8 %
Celkem za vzorek: n = 108		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	> 3	anti-Jka	5,8 %
		>>> 47	anti-Jka; anti-M	90 %
		> 1	anti-Jka; anti-M; anti-S	1,9 %
			1 anti-M	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 52	anti-Fya	100 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 2	titr 1	5,0 %
		± 9	titr 2	23 %
		± 7	titr 4	18 %
		± 8	titr 8	20 %
		± 8	titr 16	20 %
		± 6	titr 32	15 %
Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 5	titr 0 (neměřitelný)	12 %
		± 6	titr 1	14 %
		± 7	titr 2	17 %
		± 13	titr 4	31 %
		± 5	titr 8	12 %
		± 5	titr 16	12 %
		± 1	titr 32	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 21	titr 256	47 %
		± 9	titr 512	20 %
		± 1	titr 1000	2,2 %
		± 1	titr 1	2,2 %
		± 2	titr 64	4,4 %
		± 11	titr 128	24 %
Celkem za vzorek: n = 45		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada vzorků 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 125	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 125	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
S1	(0) výrobce neuveden	> 23	Negativní zkouška	18 %
		>>> 102	Pozitivní zkouška	82 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 125	Pozitivní zkouška	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) výrobce neuveden	± 106	Nelze podat, riziko hemolýzy	85 %
		± 14	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	11 %
		± 4	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,2 %
		± 1	Lze podat	0,80 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 123	Nelze podat, riziko hemolýzy	98 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	> 34	Negativní zkouška	27 %
		>>> 91	Pozitivní zkouška	73 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 125	Negativní zkouška	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) výrobce neuveden	± 96	Nelze podat, riziko hemolýzy	77 %
		± 24	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	19 %
		± 5	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	4,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 64	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	51 %
		± 4	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,2 %
		± 57	Lze podat	46 %
----- Celkem za vzorek: n = 125 -----		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		