

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1 a 2**(700) AB0 skupina**

E1 a S1	Všechny výsledky	1	Krevní skupina: 0	1,6 %
		>>> 61	Krevní skupina: B	98 %
	Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 98 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 61	Krevní skupina: 0	98 %
		1	Krevní skupina: B	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 62		Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 40	Negativní (RhD-)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 40	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 40		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 58	Negativní (RhD-)	98 %
		1	Pozitivní (RhD+)	1,7 %
	Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 98 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 59	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 59		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 35	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 35	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 35	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 35	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	1	Negativní	2,9 %
		>>> 34	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 97 %	
Celková úspěšnost: 97 %				

(720) Antigen K

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 36	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 36	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 36		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(721) Antigen k

E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 12	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(722) Antigen M				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(723) Antigen N				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(724) Antigen S				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(725) Antigen s				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 16	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 16	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(726) Antigen P1				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 13	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 13	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(727) Antigen Fya				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(728) Antigen Fyb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 17	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 16	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 16	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 16	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	7,1 %
		>>> 13	Pozitivní	93 %
	Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 93 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 14	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 93 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 15	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 15	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 15	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 15	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 60	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	1	Negativní	2,7 %
		>>> 36	Pozitivní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 97 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 97 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 60	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 60	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)				
E1 a S1	Všechny výsledky	>>> 41	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 41	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(747) Screening protilátek (enzymový test)				
E1 a S1	Všechny výsledky	2	Negativní	7,7 %
		>>> 24	Pozitivní	92 %
	Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 92 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 24	Negativní	92 %
		2	Pozitivní	7,7 %
	Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 92 %	
Celková úspěšnost: 85 %				
(750) Identifikace protilátek				
E1 a S1	Všechny výsledky	>	1 anti-Jka	6,7 %
		>>> 13	anti-Jka; anti-M	87 %
		1	anti-M	6,7 %
	Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost: 93 %	
E2 a S2	Všechny výsledky	>>> 15	anti-Fya	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 93 %				
(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka				
E1 a S1	Všechny výsledky	± 1	titr 2	7,1 %
		± 2	titr 4	14 %
		± 3	titr 8	21 %
		± 5	titr 16	36 %
		± 3	titr 32	21 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	Všechny výsledky	± 2	titr 1	14 %
		± 2	titr 2	14 %
		± 6	titr 4	43 %
		± 1	titr 8	7,1 %
		± 2	titr 16	14 %
		± 1	titr 32	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	Všechny výsledky	± 6	titr 256	40 %
		± 5	titr 512	33 %
		± 1	titr 1	6,7 %
		± 3	titr 128	20 %
Celkem za vzorek: n = 15		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada vzorků 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 125	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 125	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 125		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	Všechny výsledky	> 7	Negativní zkouška	15 %
		>>> 40	Pozitivní zkouška	85 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 47	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	Všechny výsledky	± 41	Nelze podat, riziko hemolýzy	87 %
		± 5	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	11 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 45	Nelze podat, riziko hemolýzy	96 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	Všechny výsledky	> 16	Negativní zkouška	34 %
		>>> 31	Pozitivní zkouška	66 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 47	Negativní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	Všechny výsledky	± 33	Nelze podat, riziko hemolýzy	70 %
		± 13	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	28 %
		± 1	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	Všechny výsledky	± 32	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	68 %
		± 15	Lze podat	32 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		