

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	4	Negativní (1)	9,1 %
		>>> 6	Slabě pozitivní	14 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Slabě pozitivní	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Negativní (0)	2,3 %
		3	Negativní (1)	6,8 %
		>>> 18	Slabě pozitivní	41 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 82 %				
Celková úspěšnost: 82 %				

**(602) A2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	2	Negativní (1)	4,5 %
		>>> 8	Slabě pozitivní	18 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	4	Negativní (1)	9,1 %
		>>> 8	Slabě pozitivní	18 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	2	Negativní (0)	4,5 %
		10	Negativní (1)	23 %
		>>> 10	Slabě pozitivní	23 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 59 %				
Celková úspěšnost: 59 %				

**(603) A3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Negativní (0)	16 %
		> 3	Negativní (1)	6,8 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 6	Negativní (0)	14 %
		> 6	Negativní (1)	14 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 19	Negativní (0)	43 %
		> 3	Negativní (1)	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(606) B1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 10	Silně pozitivní	23 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Silně pozitivní	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	> 1	Slabě pozitivní	2,3 %
		>>> 21	Silně pozitivní	48 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(607) B2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 10	Negativní (0)	23 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Negativní (0)	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	50 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(608) B3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	5	Negativní (1)	11 %
		>>> 5	Slabě pozitivní	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>> 11	Slabě pozitivní	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Negativní (0)	2,3 %
		2	Negativní (1)	4,5 %
		>>> 19	Slabě pozitivní	43 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 80 %				
Celková úspěšnost: 80 %				

**(611) C1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 9	Negativní (0)	20 %
		> 1	Negativní (1)	2,3 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 7	Negativní (0)	16 %
		> 5	Negativní (1)	11 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 19	Negativní (0)	43 %
		> 3	Negativní (1)	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(612) C2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	5	Negativní (1)	11 %
		>>> 5	Slabě pozitivní	11 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Sklo	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Slabě pozitivní	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Negativní (0)	2,3 %
		2	Negativní (1)	4,5 %
		>>> 19	Slabě pozitivní	43 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 82 %				
Celková úspěšnost: 82 %				

**(613) C3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 10	Negativní (0)	23 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Negativní (0)	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	50 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(616) D1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	3	Negativní (1)	6,8 %
		>>> 7	Slabě pozitivní	16 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	2	Negativní (1)	4,5 %
		>>> 10	Slabě pozitivní	23 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	2	Negativní (0)	4,5 %
		9	Negativní (1)	20 %
		>>> 11	Slabě pozitivní	25 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 64 %				
Celková úspěšnost: 64 %				

**(617) D2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 10	Silně pozitivní	23 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Silně pozitivní	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	> 1	Slabě pozitivní	2,3 %
		>>> 21	Silně pozitivní	48 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(618) D3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	3	Negativní (1)	6,8 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	2	Negativní (0)	4,5 %
		8	Negativní (1)	18 %
		>>> 12	Slabě pozitivní	27 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 68 %				
Celková úspěšnost: 68 %				

**(621) E1 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 10	Negativní (0)	23 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Negativní (0)	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	50 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(622) E2 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 7	Negativní (0)	16 %
		> 3	Negativní (1)	6,8 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 6	Negativní (0)	14 %
		> 6	Negativní (1)	14 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 19	Negativní (0)	43 %
		> 3	Negativní (1)	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(623) E3 exprese HER-2/neu**

Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 10	Silně pozitivní	23 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 12	Silně pozitivní	27 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Silně pozitivní	50 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(651) A1 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	3	0 bodů	6,8 %
		> 1	9 bodů	2,3 %
		> 1	10 bodů	2,3 %
		> 1	12 bodů	2,3 %
		>>> 1	13 bodů	2,3 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 37	15 bodů	84 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

**(652) A2 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	3	0 bodů	6,8 %
		>	5 9 bodů	11 %
		>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	35 15 bodů	80 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

**(653) A3 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	3 12 bodů	6,8 %
		>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	40 15 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(656) B1 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	43 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(657) B2 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	44 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(658) B3 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	2	0 bodů	4,5 %
		>	1 8 bodů	2,3 %
		>	4 9 bodů	9,1 %
		>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	36 15 bodů	82 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

**(661) C1 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	3 12 bodů	6,8 %
		>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	40 15 bodů	91 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(662) C2 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	2	0 bodů	4,5 %
		1	6 bodů	2,3 %
		>	1 8 bodů	2,3 %
		>	1 9 bodů	2,3 %
		>>>	1 14 bodů	2,3 %
		>>>	38 15 bodů	86 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

**(663) C3 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	44 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(666) D1 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	3	0 bodů	6,8 %
		>	3 9 bodů	6,8 %
		>>>	1 14 bodů	2,3 %
		>>>	37 15 bodů	84 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

**(667) D2 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	43 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(668) D3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	2	0 bodů	4,5 %
		>	5 9 bodů	11 %
		>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	1 14 bodů	2,3 %
		>>>	35 15 bodů	80 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

**(671) E1 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	44 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(672) E2 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>	5 12 bodů	11 %
		>>>	1 14 bodů	2,3 %
		>>>	38 15 bodů	86 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(673) E3 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	43 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(681) VKK**

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů (nevyhovující výsledek)	2,3 %
		7	3 body (nevyhovující výsledek)	16 %
		>	13 6 bodů (akceptovatelný výsledek)	30 %
		>>>	23 9 bodů (výborný výsledek)	52 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 82 %		
Celková úspěšnost: 82 %				