

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>> 36	Slabě pozitivní	82 %
		> 7	Silně pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(602) A2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(603) A3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	9	Negativní (1)	20 %
		>>> 35	Slabě pozitivní	80 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 80 %		
Celková úspěšnost: 80 %				
(606) B1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(607) B2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>> 39	Slabě pozitivní	89 %
		> 4	Silně pozitivní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(608) B3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(611) C1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	3	Negativní (1)	6,8 %
		>>> 39	Slabě pozitivní	89 %
		> 2	Silně pozitivní	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 93 %		
Celková úspěšnost: 93 %				
(612) C2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	Silně pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(613) C3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	2	Negativní (1)	4,5 %
		>>> 39	Slabě pozitivní	89 %
		> 3	Silně pozitivní	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
(616) D1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 43	Negativní (0)	98 %
		> 1	Negativní (1)	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(617) D2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(618) D3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 41	Negativní (0)	93 %
		> 3	Negativní (1)	6,8 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(621) E1 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	Slabě pozitivní	2,3 %
		>>> 43	Silně pozitivní	98 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(622) E2 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	14	Negativní (1)	32 %
		>>> 30	Slabě pozitivní	68 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 68 %		
Celková úspěšnost: 68 %				
(623) E3 exprese HER-2/neu				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	Negativní (0)	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(651) A1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	9 bodů	4,5 %
		>>> 42	15 bodů	95 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(652) A2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(653) A3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	2,3 %
		> 7	9 bodů	16 %
		> 1	11 bodů	2,3 %
		>>> 35	15 bodů	80 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(656) B1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(657) B2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	9 bodů	4,5 %
		>>> 42	15 bodů	95 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(658) B3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	12 bodů	4,5 %
		>>> 1	13 bodů	2,3 %
		>>> 41	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(661) C1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	12 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(662) C2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 1	12 bodů	2,3 %
		>>> 2	13 bodů	4,5 %
		>>> 41	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(663) C3 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	> 2	9 bodů	4,5 %
		>>> 42	15 bodů	95 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(666) D1 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 1	14 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(667) D2 barvení vzorku				
Sklo	Všechny výsledky	>>> 1	14 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 1	13 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(671) E1 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	1	5 bodů	2,3 %
		> 3	12 bodů	6,8 %
		>>> 1	13 bodů	2,3 %
		>>> 39	15 bodů	89 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	1	0 bodů	2,4 %
		1	5 bodů	2,4 %
		> 1	9 bodů	2,4 %
		>>> 1	13 bodů	2,4 %
		>>> 37	15 bodů	90 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	Všechny výsledky	>>> 44	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(681) VKK

Sklo	Všechny výsledky	2	0 bodů (nevyhovující výsledek)	4,5 %
		7	3 body (nevyhovující výsledek)	16 %
		1	4 body (nevyhovující výsledek)	2,3 %
		> 1	5 bodů (akceptovatelný výsledek)	2,3 %
		> 10	6 bodů (akceptovatelný výsledek)	23 %
		> 1	7 bodů (akceptovatelný výsledek)	2,3 %
		>>> 1	8 bodů (výborný výsledek)	2,3 %
		>>> 21	9 bodů (výborný výsledek)	48 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 77 %		
Celková úspěšnost: 77 %				