

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>>	8 Slabě pozitivní	18 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	8 Slabě pozitivní	18 %
		>	3 Silně pozitivní	6,8 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	18 Slabě pozitivní	41 %
		>	4 Silně pozitivní	9,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Slabě pozitivní	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(602) A2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	9 Negativní (0)	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	11 Negativní (0)	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	22 Negativní (0)	50 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (0)	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(603) A3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	4	Negativní (1)	9,1 %
		>>>	5 Slabě pozitivní	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>>	10 Slabě pozitivní	23 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	3	Negativní (1)	6,8 %
		>>>	19 Slabě pozitivní	43 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>>	1 Slabě pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 80 %				
Celková úspěšnost: 80 %				
<b>(606) B1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	9 Negativní (0)	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	11 Negativní (0)	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	22 Negativní (0)	50 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (0)	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(607) B2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>>	8 Slabě pozitivní	18 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	9 Slabě pozitivní	20 %
		>	2 Silně pozitivní	4,5 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	20 Slabě pozitivní	45 %
		>	2 Silně pozitivní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Slabě pozitivní	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(608) B3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>>	9 Silně pozitivní	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	11 Silně pozitivní	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	22 Silně pozitivní	50 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Silně pozitivní	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(611) C1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>>	8 Slabě pozitivní	18 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	11 Slabě pozitivní	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>>	19 Slabě pozitivní	43 %
		>	2 Silně pozitivní	4,5 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>>	1 Slabě pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44 Úspěšnost: 93 %				
Celková úspěšnost: 93 %				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(612) C2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 9	Silně pozitivní	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Silně pozitivní	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Silně pozitivní	50 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Silně pozitivní	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(613) C3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>> 8	Slabě pozitivní	18 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
		> 2	Silně pozitivní	4,5 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 21	Slabě pozitivní	48 %
		> 1	Silně pozitivní	2,3 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>> 1	Slabě pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				
<b>(616) D1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 9	Negativní (0)	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 21	Negativní (0)	48 %
		> 1	Negativní (1)	2,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (0)	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(617) D2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 9	Negativní (0)	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	50 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (0)	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(618) D3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 9	Negativní (0)	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 10	Negativní (0)	23 %
		> 1	Negativní (1)	2,3 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 20	Negativní (0)	45 %
		> 2	Negativní (1)	4,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (0)	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(621) E1 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 9	Silně pozitivní	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Silně pozitivní	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Silně pozitivní	50 %
	(999) jiný výrobce	> 1	Slabě pozitivní	2,3 %
		>>> 1	Silně pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(622) E2 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	7	Negativní (1)	16 %
		>>> 2	Slabě pozitivní	4,5 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	2	Negativní (1)	4,5 %
		>>> 9	Slabě pozitivní	20 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	4	Negativní (1)	9,1 %
		>>> 18	Slabě pozitivní	41 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní (1)	2,3 %
		>>> 1	Slabě pozitivní	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 68 %		
Celková úspěšnost: 68 %				
<b>(623) E3 exprese HER-2/neu</b>				
Sklo	(802) Dako HercepTest	>>> 9	Negativní (0)	20 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 11	Negativní (0)	25 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 22	Negativní (0)	50 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (0)	4,5 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(651) A1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	> 2	9 bodů	4,5 %
		>>> 42	15 bodů	95 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(652) A2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 44	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(653) A3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,3 %
		> 7	9 bodů	16 %
		> 1	11 bodů	2,3 %
		>>> 35	15 bodů	80 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
<b>(656) B1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 44	15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(657) B2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	> 2	9 bodů	4,5 %
		>>> 42	15 bodů	95 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(658) B3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	> 2	12 bodů	4,5 %
		>>> 1	13 bodů	2,3 %
		>>> 41	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(661) C1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	> 1	12 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(662) C2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	> 1	12 bodů	2,3 %
		>>> 2	13 bodů	4,5 %
		>>> 41	15 bodů	93 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(663) C3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	> 2	9 bodů	4,5 %
		>>> 42	15 bodů	95 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(666) D1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	14 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(667) D2 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	14 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(668) D3 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	13 bodů	2,3 %
		>>> 43	15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(671) E1 barvení vzorku</b>				
Sklo	(0) výrobce neuveden	1	5 bodů	2,3 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Sklo	(0) výrobce neuveden	>	3 12 bodů	6,8 %
		>>>	1 13 bodů	2,3 %
		>>>	39 15 bodů	89 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(672) E2 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden		1 0 bodů	2,4 %
			1 5 bodů	2,4 %
		>	1 9 bodů	2,4 %
		>>>	1 13 bodů	2,4 %
		>>>	37 15 bodů	90 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

**(673) E3 barvení vzorku**

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	44 15 bodů	100 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(681) VKK**

Sklo	(0) výrobce neuveden		2 0 bodů (nevyhovující výsledek)	4,5 %
			7 3 body (nevyhovující výsledek)	16 %
			1 4 body (nevyhovující výsledek)	2,3 %
		>	1 5 bodů (akceptovatelný výsledek)	2,3 %
		>	10 6 bodů (akceptovatelný výsledek)	23 %
		>	1 7 bodů (akceptovatelný výsledek)	2,3 %
		>>>	1 8 bodů (výborný výsledek)	2,3 %
		>>>	21 9 bodů (výborný výsledek)	48 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 77 %		
Celková úspěšnost: 77 %				