

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/18 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 25.05.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					111							111	105	95%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,246	0,036	15	111	CVP	0,246	,0085	30%	0,172	0,32	111	105	95%
(38) IL		0,224	0,023	10	15	0						15		
(63) Sysmex		0,255	0,032	13	73	0						73		
(94) Stago		0,214	0,052	24	15	0						15		
(149) Siemens (Dade)		0,255	0,037	15	8	0						8		
Vzorek B		0,750	0,062	8,2	111	CVP	0,75	0,014	25%	0,562	0,938	111	110	99%
(38) IL		0,650	0,035	5,4	15	0						15		
(63) Sysmex		0,772	0,042	5,5	73	0						73		
(94) Stago		0,711	0,07	9,9	15	0						15		
(149) Siemens (Dade)		0,765	0,037	4,8	8	0						8		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.06.2018