

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: LMWH1/18 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 25.05.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(103) Nízkomolekulární heparin</b>					111							111	105	95%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
<b>Vzorek A</b>		0,246	0,036	15	111	CVP	0,246	,0085	30%	0,172	0,32	111	105	95%
(38) IL		0,224	0,023	10	15	0						15		
(94) Stago		0,187	0,029	16	10	0						10		
(149) Siemens (Dade)		0,243	0,021	8,4	27	0						27		
(193) HYPHEN BioMed		0,266	0,032	12	53	0						53		
Ostatní					6	0						6		
							4x 102, 2x 999							
<b>Vzorek B</b>		0,750	0,062	8,2	111	CVP	0,75	0,014	25%	0,562	0,938	111	110	99%
(38) IL		0,650	0,035	5,4	15	0						15		
(94) Stago		0,676	0,047	7,0	10	0						10		
(149) Siemens (Dade)		0,749	0,035	4,7	27	0						27		
(193) HYPHEN BioMed		0,786	0,033	4,2	53	0						53		
Ostatní					6	0						6		
							4x 102, 2x 999							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.06.2018