

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH1/18 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 25.05.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(103) Nízkomolekulární heparin					12							12	10	83%
Vzorky a skupiny	[IU/mL]													
Vzorek A		0,247	0,054	22	12	CVP	0,246	0,085	30%	0,172	0,32	12	10	83%
(193) HYPHEN BioMed		0,250	0,074	30	8	0						8		
Ostatní					4	0						4		
							1x 38, 3x 149							
Vzorek B		0,761	0,05	6,6	12	CVP	0,75	0,014	25%	0,562	0,938	12	12	100%
(193) HYPHEN BioMed		0,770	0,059	7,7	8	0						8		
Ostatní					4	0						4		
							1x 38, 3x 149							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 05.06.2018