

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada vzorků 1

## (231) RF (screening)

A1	(1) Abbott	1	Negativní	0,66 %
		>>> 10	Pozitivní	6,6 %
	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 11	Pozitivní	7,2 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	0,66 %
	(46) Erba Lachema	>>> 1	Pozitivní	0,66 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	0,66 %
	(58) Beckman Coulter (Olympus)	>>> 37	Pozitivní	24 %
	(60) Roche	>>> 40	Pozitivní	26 %
	(70) Wako	>>> 3	Pozitivní	2,0 %
	(98) Fujirebio	>>> 3	Pozitivní	2,0 %
	(115) BioSystems	>>> 4	Pozitivní	2,6 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Pozitivní	0,66 %
	(149) Siemens (Dade)	>>> 11	Pozitivní	7,2 %
	(166) Thermo	>>> 1	Pozitivní	0,66 %
	(177) MINDRAY	>>> 4	Pozitivní	2,6 %
	(178) DiaSys	>>> 2	Pozitivní	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	1	Negativní	0,66 %
		>>> 15	Pozitivní	9,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	0,66 %
----- Celkem za vzorek: n = 152 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B1	(1) Abbott	>>> 10	Negativní	6,6 %
		1	Pozitivní	0,66 %
	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 10	Negativní	6,6 %
		1	Pozitivní	0,66 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(46) Erba Lachema	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(49) BioVendor	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(58) Beckman Coulter (Olympus)	>>> 37	Negativní	24 %
	(60) Roche	>>> 39	Negativní	26 %
		1	Pozitivní	0,66 %
	(70) Wako	>>> 3	Negativní	2,0 %
	(98) Fujirebio	>>> 3	Negativní	2,0 %
	(115) BioSystems	>>> 4	Negativní	2,6 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>> 3	Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(149) Siemens (Dade)	>>> 11	Negativní	7,2 %
	(166) Thermo	>>> 1	Negativní	0,66 %
	(177) MINDRAY	>>> 4	Negativní	2,6 %
	(178) DiaSys	>>> 2	Negativní	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 15	Negativní	9,9 %
		1	Pozitivní	0,66 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	0,66 %
----- Celkem za vzorek: n = 152 ----- Úspěšnost: 97 % -----				
Celková úspěšnost: 97 %				

## (233) Revmat. faktor IgG

A1	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 13	Pozitivní	31 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>> 16	Pozitivní	38 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	7,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	12 %
	(166) Thermo	>>> 2	Pozitivní	4,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
----- Celkem za vzorek: n = 42 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B1	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	29 %
		1	Pozitivní	2,4 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>> 16	Negativní	38 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	7,1 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B1	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	12 %
	(166) Thermo	>>>	2 Negativní	4,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(234) Revmat. faktor IgA**

A1	(5) Dialab	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(135) OrgenTec		1 Negativní	2,4 %
		>>>	12 Pozitivní	29 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>>	16 Pozitivní	38 %
	(147) AIDA	>>>	3 Pozitivní	7,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Pozitivní	12 %
	(166) Thermo	>>>	2 Pozitivní	4,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 98 %		
B1	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	12 Negativní	29 %
			1 Pozitivní	2,4 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>>	16 Negativní	38 %
	(147) AIDA	>>>	3 Negativní	7,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	12 %
	(166) Thermo	>>>	2 Negativní	4,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(235) Revmat. faktor IgM**

A1	(5) Dialab	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	13 Pozitivní	31 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>>	16 Pozitivní	38 %
	(147) AIDA	>>>	3 Pozitivní	7,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Pozitivní	12 %
	(166) Thermo	>>>	2 Pozitivní	4,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 100 %		
B1	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	12 Negativní	29 %
			1 Pozitivní	2,4 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Negativní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>>	16 Negativní	38 %
	(147) AIDA	>>>	3 Negativní	7,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	12 %
	(166) Thermo	>>>	2 Negativní	4,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(277) anti-CCP IgG**

A1	(1) Abbott	>>>	19 Pozitivní	28 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	7 Pozitivní	10 %
	(60) Roche	>>>	6 Pozitivní	8,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	6 Pozitivní	8,7 %
	(135) OrgenTec	>>>	6 Pozitivní	8,7 %
	(140) Test-Line	>>>	11 Pozitivní	16 %
	(147) AIDA	>>>	3 Pozitivní	4,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Pozitivní	2,9 %
	(166) Thermo	>>>	2 Pozitivní	2,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Pozitivní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %		
B1	(1) Abbott	>>>	19 Negativní	28 %
	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	7 Negativní	10 %
	(60) Roche	>>>	5 Negativní	7,2 %
		>>>	1 Pozitivní	1,4 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
B1	(87) Euroimmun	>>>	6 Negativní	8,7 %
	(135) OrgenTec	>>>	6 Negativní	8,7 %
	(140) Test-Line	>>>	11 Negativní	16 %
	(147) AIDA	>>>	3 Negativní	4,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	2,9 %
	(166) Thermo	>>>	2 Negativní	2,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Negativní	2,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

## (282) anti-MCV

A1	(135) OrgenTec	>>>	12 Pozitivní	92 %
	(166) Thermo	>>>	1 Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 13		Úspěšnost: 100 %		
B1	(135) OrgenTec	>>>	12 Negativní	92 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 13		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				