

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(231) RF (screening)**

A1	Všechny výsledky	>>>	11	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	10	Negativní	91 %
			1	Pozitivní	9,1 %
Celkem za vzorek: n = 11		Úspěšnost: 91 %			
Celková úspěšnost: 91 %					

(277) anti-CCP IgG

A1	Všechny výsledky	>>>	9	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	9	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(282) anti-MCV

A1	Všechny výsledky	>>>	3	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	3	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 3		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 26.09.2018