

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: RF2/18 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 21.09.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>

## Sada vzorků 2

<b>(237) anti-streptolysin O (ASLO)</b>	[KU/L]				146							131	126	96%
Vzorky a skupiny														

<b>Vzorek A2</b>	681	94	14	146								131	126	96%
(1) Abbott	481	38	8,0	13	0	CVPG	481	26	24%	365	597	13		
(12) Beckman Coulter	573	47	8,2	12	0	CVPG	573	33	24%	435	711	12		
(58) Beckman Coulter (Olympus)	735	31	4,3	38	0	CVPG	735	12	24%	558	912	38		
(60) Roche	674	40	5,9	37	0	CVPG	674	16	24%	512	836	37		
(115) BioSystems	653	170	25	8	0	CVPG	653	130	24%	496	810	8		
(149) Siemens (Dade)	696	42	6,1	9	1	CVPG	696	32	24%	528	864	9		
(179) Siemens (Bayer)	760	66	8,7	14	0	CVPG	760	43	24%	577	943	14		
Ostatní				15	0							0		

1x 5, 1x 40, 1x 46, 2x 49, 1x 116, 2x 166, 3x 177, 3x 178, 1x 999

<b>Vzorek B2</b>	136	23	17	146								131	127	97%
(1) Abbott	105	7,4	7,0	13	0	CVPG	105	5,0	24%	79,8	131	13		
(12) Beckman Coulter	90,6	12	13	12	0	CVPG	90,6	8,4	24%	68,8	113	12		
(58) Beckman Coulter (Olympus)	131	4,6	3,5	38	0	CVPG	131	1,8	24%	99,5	163	38		
(60) Roche	150	6,3	4,2	37	0	CVPG	150	2,5	24%	114	186	37		
(115) BioSystems	118	24	20	8	0	CVPG	118	18	24%	89,6	147	8		
(149) Siemens (Dade)	162	13	8,2	9	1	CVPG	162	10	24%	123	201	9		
(179) Siemens (Bayer)	148	8,6	5,8	14	0	CVPG	148	5,7	24%	112	184	14		
Ostatní				15	0							0		

1x 5, 1x 40, 1x 46, 2x 49, 1x 116, 2x 166, 3x 177, 3x 178, 1x 999

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 26.09.2018