

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: RF2/18 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 21.09.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>

## Sada vzorků 2

(237) anti-streptolysin O (ASLO)	[kU/L]													
Vzorky a skupiny					16							12	11	92%
<b>Vzorek A2</b>		689	82	12	16							12	11	92%
(58) Beckman Coulter (Olympus)		694	70	10	5	0	CVPG	735	12	24%	558	912	5	
Ostatní					11	0							7	
								1x 1, 1x 5, 1x 12, 1x 40, 3x 60, 2x 149, 1x 166, 1x 178						
<b>Vzorek B2</b>		135	25	19	16							12	11	92%
(58) Beckman Coulter (Olympus)		124	10	8,4	5	0	CVPG	131	1,8	24%	99,5	163	5	
Ostatní					11	0							7	
								1x 1, 1x 5, 1x 12, 1x 40, 3x 60, 2x 149, 1x 166, 1x 178						

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 26.09.2018