

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SED1/18 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 16.03.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Srovnatelnost						
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h	[mm/1hod]				139							139	134	96%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		59,4	11	19	139	CVP	59,4	2,4	asym.	29	90	139	136	98%
(1) Přístroj		66,7	12	18	19	0						19		
(2) Manuálně		58,2	11	18	120	1						120		
Vzorek B		5,75	1,2	21	139	CVP	5,75	0,25	asym.	2	9	139	136	98%
(1) Přístroj		6,18	1,1	17	19	0						19		
(2) Manuálně		5,67	1,2	21	120	2						120		
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h	[mm/2hod]				137							137	132	96%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		111	14	13	137	CVP	111	2,9	asym.	55	167	137	135	99%
(1) Přístroj		118	16	14	17	0						17		
(2) Manuálně		110	13	12	120	0						120		
Vzorek B		12,4	2,4	19	137	CVP	12,4	0,51	asym.	6	19	137	134	98%
(1) Přístroj		12,0	2,5	20	17	0						17		
(2) Manuálně		12,5	2,4	20	120	0						120		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 22.03.2018