

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: SEDI/18 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 16.03.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	$U_{AV}$	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h</b>	[mm/1hod]				139							139	134	96%
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A</b>		59,4	11	19	139	CVP	59,4	2,4	asym.	29	90	139	136	98%
(0) výrobce neuveden		60,5	12	19	25	0						25		
(88) Becton Dickinson		57,0	10	18	25	0						25		
(121) Greiner		55,9	8,9	16	45	0						45		
(123) Sarstedt		69,8	5,4	7,8	23	1						23		
(999) jiný výrobce		56,9	6,7	12	19	0						19		
Ostatní					2	0						2		
<b>Vzorek B</b>		5,75	1,2	21	139	CVP	5,75	0,25	asym.	2	9	139	136	98%
(0) výrobce neuveden		6,12	1,4	23	25	0						25		
(88) Becton Dickinson		5,85	0,93	16	25	0						25		
(121) Greiner		5,30	1,2	23	45	2						45		
(123) Sarstedt		6,56	1,1	17	23	0						23		
(999) jiný výrobce		5,47	0,66	12	19	0						19		
Ostatní					2	0						2		
<b>(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h</b>	[mm/2hod]				137							137	132	96%
Vzorky a skupiny														
<b>Vzorek A</b>		111	14	13	137	CVP	111	2,9	asym.	55	167	137	135	99%
(0) výrobce neuveden		111	9,9	8,9	25	0						25		
(88) Becton Dickinson		109	12	11	25	0						25		
(121) Greiner		105	11	10	44	0						44		
(123) Sarstedt		134	13	9,8	22	0						22		
(999) jiný výrobce		108	8,2	7,6	19	0						19		
Ostatní					2	0						2		
<b>Vzorek B</b>		12,4	2,4	19	137	CVP	12,4	0,51	asym.	6	19	137	134	98%
(0) výrobce neuveden		13,3	2,7	20	25	0						25		
(88) Becton Dickinson		12,9	2,0	15	25	0						25		
(121) Greiner		11,3	2,5	22	44	0						44		
(123) Sarstedt		13,5	1,6	12	22	0						22		
(999) jiný výrobce		12,1	1,6	13	19	0						19		
Ostatní					2	0						2		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 22.03.2018