

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SED2/18 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 14.09.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h	[mm/1hod]				84							84	71	85%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		2,57	1,1	43	84	CVP	2,57	0,30	asym.	1	4	84	73	87%
(1) Příklad		4,75	0,77	16	10	0						10		
(2) Manuálně		2,31	0,73	32	74	0						74		
Vzorek B		51,4	17	33	84	CVP	51,4	4,5	asym.	25	78	84	78	93%
(1) Příklad		66,9	12	17	10	0						10		
(2) Manuálně		49,9	15	31	74	0						74		
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h	[mm/2hod]				83							83	76	92%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		5,37	2,0	37	83	CVP	5,37	0,54	asym.	2	9	83	77	93%
(1) Příklad		8,00	3,0	37	9	0						9		
(2) Manuálně		5,06	1,7	34	74	0						74		
Vzorek B		86,6	20	23	83	CVP	86,6	5,2	asym.	43	130	83	78	94%
(1) Příklad		110	23	21	9	0						9		
(2) Manuálně		85,4	18	21	74	0						74		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 20.09.2018