

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: SED2/18 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 14.09.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h	[mm/1hod]				84							84	71	85%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		2,57	1,1	43	84	CVP	2,57	0,30	asym.	1	4	84	73	87%
(0) výrobce neuveden		2,00	0,007	0,39	10	0						10		
(88) Becton Dickinson		2,92	0,98	33	13	0						13		
(121) Greiner		2,00	0,000	0,00	27	0						27		
(123) Sarstedt		3,41	1,4	41	20	0						20		
(999) jiný výrobce		2,79	1,7	59	13	0						13		
Ostatní					1	0						1		
Vzorek B		51,4	17	33	84	CVP	51,4	4,5	asym.	25	78	84	78	93%
(0) výrobce neuveden		47,6	19	41	10	0						10		
(88) Becton Dickinson		51,3	16	31	13	0						13		
(121) Greiner		44,7	11	26	27	0						27		
(123) Sarstedt		66,1	7,1	11	20	0						20		
(999) jiný výrobce		40,6	26	64	13	0						13		
Ostatní					1	0						1		
(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h	[mm/2hod]				83							83	76	92%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		5,37	2,0	37	83	CVP	5,37	0,54	asym.	2	9	83	77	93%
(0) výrobce neuveden		3,88	0,59	15	10	0						10		
(88) Becton Dickinson		6,17	2,0	32	13	0						13		
(121) Greiner		4,87	1,6	33	26	0						26		
(123) Sarstedt		5,89	1,4	25	20	0						20		
(999) jiný výrobce		6,48	3,8	59	13	0						13		
Ostatní					1	0						1		
Vzorek B		86,6	20	23	83	CVP	86,6	5,2	asym.	43	130	83	78	94%
(0) výrobce neuveden		80,3	23	29	10	0						10		
(88) Becton Dickinson		86,6	17	20	13	0						13		
(121) Greiner		79,1	8,2	10	26	0						26		
(123) Sarstedt		109	14	13	20	0						20		
(999) jiný výrobce		65,2	37	57	13	0						13		
Ostatní					1	0						1		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 20.09.2018