

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: TIE1/18 - Stanovení celkového IgE

Stop termín: 05.04.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(280) IgE celkový					27							27	27	100%
Vzorky a skupiny	[kU/L]													
Vzorek A		58,3	4,9	8,4	27	CVP	56	0,80	25%	42	70	27	27	100%
(4) LIA (CLIA, CMIA, ILMA)		56,4	2,4	4,3	10	0						10		
(6) IMT, IMN		61,2	4,2	6,9	12	0						12		
Ostatní					5	0						5		
Vzorek B		305	21	6,8	27	CVP	308	4,7	25%	231	385	27	27	100%
(4) LIA (CLIA, CMIA, ILMA)		319	18	5,8	10	0						10		
(6) IMT, IMN		296	15	5,1	12	0						12		
Ostatní					5	0						5		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 12.04.2018