

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: TIE1/18 - Stanovení celkového IgE

Stop termín: 05.04.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(280) IgE celkový</b>					159							159	155	97%
Vzorky a skupiny	[KU/L]													
<b>Vzorek A</b>		56,0	4,1	7,4	159	CVP	56	0,80	25%	42	70	159	157	99%
(1) Abbott		57,7	3,9	6,8	12	0						12		
(12) Beckman Coulter		51,0	8,9	17	9	0						9		
(25) TOSOH		56,8	2,1	3,8	7	0						7		
(29) Siemens (DPC)		54,3	5,0	9,3	39	0						39		
(60) Roche		56,0	2,4	4,3	36	0						36		
(149) Siemens (Dade)		56,4	2,7	4,8	10	0						10		
(166) Thermo		49,4	6,4	13	6	0						6		
(179) Siemens (Bayer)		57,2	3,4	6,0	12	0						12		
(999) jiný výrobce		56,5	3,9	6,9	10	0						10		
Ostatní					18	0						18		
							1x 5, 1x 15, 1x 36, 3x 58, 3x 59, 4x 75, 1x 85, 1x 91, 3x 178							
<b>Vzorek B</b>		308	24	7,9	159	CVP	308	4,7	25%	231	385	159	155	97%
(1) Abbott		297	15	5,0	12	0						12		
(12) Beckman Coulter		276	28	10	9	0						9		
(25) TOSOH		299	29	9,7	7	0						7		
(29) Siemens (DPC)		312	37	12	39	0						39		
(60) Roche		316	15	4,7	36	0						36		
(149) Siemens (Dade)		313	17	5,4	10	0						10		
(166) Thermo		294	27	9,3	6	0						6		
(179) Siemens (Bayer)		326	12	3,7	12	0						12		
(999) jiný výrobce		294	12	4,2	10	0						10		
Ostatní					18	0						18		
							1x 5, 1x 15, 1x 36, 3x 58, 3x 59, 4x 75, 1x 85, 1x 91, 3x 178							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 12.04.2018