

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1120) Vzorek A - barvení				
Skla EHK (1) S-100		2	0 bodů (nevyhovující výsledek)	2,9 %
		>	14 3 body (akceptovatelný výsledek)	20 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,4 %
		>>>	49 6 bodů (výborný výsledek)	71 %
(2) Vimentin		>>>	3 6 bodů (výborný výsledek)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 97 %				
Celková úspěšnost: 97 %				

(1121) Vzorek B - barvení

Skla EHK (1) Hladkosvalový aktin		13	0 bodů (nevyhovující výsledek)	20 %
		1	2 body (nevyhovující výsledek)	1,6 %
		>	5 3 body (akceptovatelný výsledek)	7,8 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,6 %
		>>>	40 6 bodů (výborný výsledek)	63 %
(2) Desmin		>	1 3 body (akceptovatelný výsledek)	1,6 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,6 %
		>>>	2 6 bodů (výborný výsledek)	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 64 Úspěšnost: 78 %				
Celková úspěšnost: 78 %				

(1122) Vzorek C - barvení

Skla EHK (1) Hepatocytární antigen		>	6 3 body (akceptovatelný výsledek)	8,7 %
		>>>	23 6 bodů (výborný výsledek)	33 %
(2) e-cadherin		3	0 bodů (nevyhovující výsledek)	4,3 %
		>	2 3 body (akceptovatelný výsledek)	2,9 %
		>>>	15 6 bodů (výborný výsledek)	22 %
(3) CK AE1/AE3		6	0 bodů (nevyhovující výsledek)	8,7 %
		>	2 3 body (akceptovatelný výsledek)	2,9 %
		>	2 4 body (akceptovatelný výsledek)	2,9 %
		>>>	1 5 bodů (výborný výsledek)	1,4 %
		>>>	9 6 bodů (výborný výsledek)	13 %
Celkem za vzorek: n = 69 Úspěšnost: 87 %				
Celková úspěšnost: 87 %				

(1123) Vzorek D - barvení

Skla EHK (1) MSH-2		>	3 3 body (akceptovatelný výsledek)	4,2 %
		>>>	18 6 bodů (výborný výsledek)	25 %
(2) p53		3	0 bodů (nevyhovující výsledek)	4,2 %
		>	6 3 body (akceptovatelný výsledek)	8,3 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,4 %
		>>>	9 6 bodů (výborný výsledek)	13 %
(3) Ki 67		4	0 bodů (nevyhovující výsledek)	5,6 %
		>	2 3 body (akceptovatelný výsledek)	2,8 %
		>>>	26 6 bodů (výborný výsledek)	36 %
Celkem za vzorek: n = 72 Úspěšnost: 90 %				
Celková úspěšnost: 90 %				

(1124) Vzorek E - barvení

Skla EHK (1) Glypican 3		6	0 bodů (nevyhovující výsledek)	8,6 %
		>	6 3 body (akceptovatelný výsledek)	8,6 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,4 %
		>>>	10 6 bodů (výborný výsledek)	14 %
(2) CK 20		1	0 bodů (nevyhovující výsledek)	1,4 %
		>	1 3 body (akceptovatelný výsledek)	1,4 %
		>	1 4 body (akceptovatelný výsledek)	1,4 %
		>>>	25 6 bodů (výborný výsledek)	36 %
(3) CK AE1/AE3		2	0 bodů (nevyhovující výsledek)	2,9 %
		>	4 3 body (akceptovatelný výsledek)	5,7 %
		>>>	13 6 bodů (výborný výsledek)	19 %
Celkem za vzorek: n = 70 Úspěšnost: 87 %				
Celková úspěšnost: 87 %				