

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

**Sada vzorků 1****(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz**

A1	Všechny výsledky	1	Negativní	1,3 %
		>>> 76	Pozitivní	99 %
	Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 99 %	
B1	Všechny výsledky	>>> 76	Negativní	99 %
			1 Pozitivní	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 97 %				

**(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.**

A1	Všechny výsledky	± 1	titr 80	1,5 %
		± 2	titr 640	3,1 %
		± 12	titr 1280	18 %
		± 50	titr 2560	77 %
	Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
B1	Všechny výsledky	± 46	titr 0 (neměřitelný)	71 %
		± 16	titr 40	25 %
		± 2	titr 80	3,1 %
		± 1	titr 2560	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

**(561) ANA - typ fluorescence jádra**

A1	Všechny výsledky	1	Žádná fluorescence	1,4 %
		1	Četné jaderné tečky	1,4 %
		>>> 66	Centromera	94 %
		>	2 Centromera; Žádná fluorescence	2,9 %
	Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 97 %	
B1	Všechny výsledky	>>> 69	Žádná fluorescence	99 %
		1	DFS 70	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 99 %	
Celková úspěšnost: 96 %				

**(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz**

A1	Všechny výsledky	6	Negativní	8,8 %
		>>> 62	Pozitivní	91 %
	Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 91 %	
B1	Všechny výsledky	>>> 68	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 91 %				

**(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.**

A1	Všechny výsledky	± 3	titr 0 (neměřitelný)	4,7 %
		± 2	titr 40	3,1 %
		± 2	titr 80	3,1 %
		± 3	titr 160	4,7 %
		± 7	titr 320	11 %
		± 21	titr 640	33 %
		± 19	titr 1280	30 %
		± 7	titr 2560	11 %
	Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
B1	Všechny výsledky	± 46	titr 0 (neměřitelný)	72 %
		± 15	titr 40	23 %
		± 2	titr 80	3,1 %
		± 1	titr 2560	1,6 %
	Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

**(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy**

A1	Všechny výsledky	6	Žádná fluorescence	8,7 %
		>>> 58	Hrubě zrnitá cytoplazma (mitochondrie)	84 %
		5	Jemně zrnitá cytoplazma	7,2 %
	Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 84 %	
B1	Všechny výsledky	>>> 69	Žádná fluorescence	100 %
	Celkem za vzorek: n = 69		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 84 %				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>Sada vzorků 2</b>				
<b>(565) ANCA imunofluorescence - průkaz</b>				
A2	Všechny výsledky	>>> 61	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 61	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita</b>				
A2	Všechny výsledky	± 1 titr 20		2,0 %
		± 8 titr 160		16 %
		± 13 titr 320		26 %
		± 17 titr 640		34 %
		± 9 titr 1280		18 %
		± 2 titr 2560		4,0 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky	± 36 titr 0 (neměřitelný)		72 %
		± 13 titr 20		26 %
		± 1 titr 640		2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita</b>				
A2	Všechny výsledky	± 3 titr 20		6,3 %
		± 5 titr 80		10 %
		± 11 titr 160		23 %
		± 15 titr 320		31 %
		± 11 titr 640		23 %
		± 2 titr 1280		4,2 %
		± 1 titr 2560		2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	Všechny výsledky	± 34 titr 0 (neměřitelný)		71 %
		± 13 titr 20		27 %
		± 1 titr 640		2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
<b>(566) ANCA - typ fluorescence</b>				
A2	Všechny výsledky	>>> 60	pANCA (perinukleární)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	1,7 %
		>>> 58	Žádná fluorescence	97 %
		1	ANA	1,7 %
	Celkem za vzorek: n = 60	Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
<b>(569) anti-myeloperoxidáza</b>				
A2	Všechny výsledky	>>> 67	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 67	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(570) anti-proteináza III</b>				
A2	Všechny výsledky	>>> 67	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 67	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>Sada vzorků 3</b>				
<b>(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60</b>				
A3	Všechny výsledky	>>> 73	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(581) Anti-ENA/SS-B/La</b>				
A3	Všechny výsledky	± 24	Negativní	33 %
		± 14	Neprůkazný výsledek (hraniční)	19 %
		± 35	Pozitivní	48 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B3	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
<b>(582) Anti-ENA/Sci-70</b>				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A3	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(583) Anti-ENA/RNP**

A3	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(584) Anti-ENA/Jo-1**

A3	Všechny výsledky	2	Negativní	2,7 %
	Celkem za vzorek: n = 73	>>> 71	Pozitivní	97 %
		Úspěšnost: 97 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 73	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 73	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

**(585) Protilátky proti centromerám**

A3	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
B3	Všechny výsledky	>>> 63	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 63	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**Sada vzorků 4****(588) Anti-ds-DNA imunofluores. - průkaz**

A4	Všechny výsledky	>>> 54	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 54	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.**

A4	Všechny výsledky	± 36	titr 0 (neměřitelný)	71 %
		± 14	titr 10	27 %
		± 1	titr 320	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	Všechny výsledky	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
		± 2	titr 2560	3,9 %
		± 1	titr 40	2,0 %
		± 2	titr 80	3,9 %
		± 10	titr 160	20 %
		± 16	titr 320	31 %
		± 14	titr 640	27 %
		± 5	titr 1280	9,8 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(589) Anti-ds-DNA jiné metody**

A4	Všechny výsledky	>>> 53	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 53	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**Sada vzorků 5****(591) Anti-nukleosomy IgG**

A5	Všechny výsledky	1	Negativní	2,0 %
		>>> 49	Pozitivní	98 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost: 98 %		
B5	Všechny výsledky	>>> 49	Negativní	98 %
		1	Pozitivní	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				