

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1

(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>>	2 Pozitivní	2,6 %
	(32) Human	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(87) Euroimmun		1 Negativní	1,3 %
		>>>	40 Pozitivní	52 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	2 Pozitivní	2,6 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Pozitivní	6,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Pozitivní	2,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	9 Pozitivní	12 %
	(164) DiaSorin	>>>	1 Pozitivní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13 Pozitivní	17 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 99 %		
B1	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	2,6 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(87) Euroimmun	>>>	40 Negativní	52 %
			1 Pozitivní	1,3 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	2 Negativní	2,6 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Negativní	6,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Negativní	2,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	9 Negativní	12 %
	(164) DiaSorin	>>>	1 Negativní	1,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	13 Negativní	17 %
Celkem za vzorek: n = 77		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

A1	(87) Euroimmun	±	2 titr 640	3,1 %
		±	6 titr 1280	9,2 %
		±	29 titr 2560	45 %
	(103) Immunoconcepts	±	2 titr 2560	3,1 %
	(115) BioSystems	±	1 titr 80	1,5 %
		±	1 titr 1280	1,5 %
		±	2 titr 2560	3,1 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1 titr 1280	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	7 titr 2560	11 %
	(164) DiaSorin	±	1 titr 2560	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	4 titr 1280	6,2 %
		±	9 titr 2560	14 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B1	(87) Euroimmun	±	29 titr 0 (neměřitelný)	45 %
		±	7 titr 40	11 %
		±	1 titr 2560	1,5 %
	(103) Immunoconcepts	±	1 titr 40	1,5 %
		±	1 titr 80	1,5 %
	(115) BioSystems	±	3 titr 0 (neměřitelný)	4,6 %
		±	1 titr 40	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1 titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	4 titr 0 (neměřitelný)	6,2 %
		±	2 titr 40	3,1 %
		±	1 titr 80	1,5 %
	(164) DiaSorin	±	1 titr 0 (neměřitelný)	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	±	8 titr 0 (neměřitelný)	12 %
		±	5 titr 40	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(561) ANA - typ fluorescence jádra

A1	(0) výrobce neuveden		1 Žádná fluorescence	1,4 %
			1 Četné jaderné tečky	1,4 %
		>>>	66 Centromera	94 %
		>	2 Centromera; Žádná fluorescence	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 97 %		
B1	(0) výrobce neuveden	>>>	69 Žádná fluorescence	99 %
			1 DFS 70	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 99 %		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celková úspěšnost: 96 %				
(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz				
A1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 3	Negativní	4,4 %
		>>> 35	Pozitivní	51 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 2	Pozitivní	2,9 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,5 %
		>>> 4	Pozitivní	5,9 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 7	Pozitivní	10 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	2,9 %
		>>> 11	Pozitivní	16 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 91 %		
B1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 38	Negativní	56 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 2	Negativní	2,9 %
	(115) BioSystems	>>> 5	Negativní	7,4 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 7	Negativní	10 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 13	Negativní	19 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 91 %				
(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.				
A1	(14) Bio-Rad	± 1	titr 1280	1,6 %
	(87) Euroimmun	± 3	titr 0 (neměřitelný)	4,7 %
		± 1	titr 80	1,6 %
		± 1	titr 160	1,6 %
		± 3	titr 320	4,7 %
		± 13	titr 640	20 %
		± 9	titr 1280	14 %
		± 4	titr 2560	6,3 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 640	1,6 %
		± 1	titr 1280	1,6 %
		± 1	titr 2560	1,6 %
	(115) BioSystems	± 1	titr 80	1,6 %
		± 1	titr 640	1,6 %
		± 1	titr 1280	1,6 %
		± 1	titr 2560	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 640	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 3	titr 320	4,7 %
		± 2	titr 640	3,1 %
		± 1	titr 1280	1,6 %
		± 1	titr 2560	1,6 %
	(164) DiaSorin	± 1	titr 1280	1,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 2	titr 40	3,1 %
		± 2	titr 160	3,1 %
		± 1	titr 320	1,6 %
		± 3	titr 640	4,7 %
		± 5	titr 1280	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B1	(14) Bio-Rad	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(87) Euroimmun	± 28	titr 0 (neměřitelný)	44 %
		± 5	titr 40	7,8 %
		± 1	titr 2560	1,6 %
	(103) Immunoconcepts	± 2	titr 40	3,1 %
		± 1	titr 80	1,6 %
	(115) BioSystems	± 3	titr 0 (neměřitelný)	4,7 %
		± 1	titr 40	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 4	titr 0 (neměřitelný)	6,3 %
		± 2	titr 40	3,1 %
		± 1	titr 80	1,6 %
	(164) DiaSorin	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 8	titr 0 (neměřitelný)	13 %
		± 5	titr 40	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy				
A1	(0) výrobce neuveden	6	Žádná fluorescence	8,7 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A1	(0) výrobce neuveden	>>> 58	Hrubě zrnitá cytoplazma (mitochondrie)	84 %
		5	Jemně zrnitá cytoplazma	7,2 %
	Celkem za vzorek: n = 69	Úspěšnost: 84 %		
B1	(0) výrobce neuveden	>>> 69	Žádná fluorescence	100 %
	Celkem za vzorek: n = 69	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 84 %				

Sada vzorků 2**(565) ANCA imunofluorescence - průkaz**

A2	(87) Euroimmun	>>> 37	Pozitivní	61 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	3,3 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	4,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 17	Pozitivní	28 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 100 %		
B2	(87) Euroimmun	>>> 37	Negativní	61 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	3,3 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 17	Negativní	28 %
	Celkem za vzorek: n = 61	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

A2	(87) Euroimmun	± 1	titr 20	2,0 %
		± 6	titr 160	12 %
		± 9	titr 320	18 %
		± 12	titr 640	24 %
		± 2	titr 1280	4,0 %
		± 1	titr 2560	2,0 %
	(115) BioSystems	± 1	titr 160	2,0 %
		± 1	titr 640	2,0 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 640	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 1280	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 160	2,0 %
		± 4	titr 320	8,0 %
		± 3	titr 640	6,0 %
		± 6	titr 1280	12 %
		± 1	titr 2560	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	(87) Euroimmun	± 25	titr 0 (neměřitelný)	50 %
		± 5	titr 20	10 %
		± 1	titr 640	2,0 %
	(115) BioSystems	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
		± 1	titr 20	2,0 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 20	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	18 %
		± 6	titr 20	12 %
	Celkem za vzorek: n = 50	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

A2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 640	2,1 %
	(87) Euroimmun	± 1	titr 20	2,1 %
		± 5	titr 80	10 %
		± 9	titr 160	19 %
		± 7	titr 320	15 %
		± 5	titr 640	10 %
		± 2	titr 1280	4,2 %
		± 1	titr 2560	2,1 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 160	2,1 %
		± 2	titr 320	4,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 2	titr 20	4,2 %
		± 1	titr 160	2,1 %
		± 6	titr 320	13 %
		± 5	titr 640	10 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 20	2,1 %
	(87) Euroimmun	± 24	titr 0 (neměřitelný)	50 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B2	(87) Euroimmun	± 5	titr 20	10 %
		± 1	titr 640	2,1 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,1 %
		± 2	titr 20	4,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	19 %
		± 5	titr 20	10 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(566) ANCA - typ fluorescence

A2	(0) výrobce neuveden	>>> 60	pANCA (perinukleární)	100 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %		
B2	(0) výrobce neuveden	1	Neuvedeno	1,7 %
		>>> 58	Žádná fluorescence	97 %
		1	ANA	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(569) anti-myeloperoxidáza

A2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 22	Pozitivní	33 %
	(101) Hycor	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 23	Pozitivní	34 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	6,0 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 3	Pozitivní	4,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 7	Pozitivní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %		
B2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 22	Negativní	33 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 23	Negativní	34 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	6,0 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 3	Negativní	4,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 7	Negativní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(570) anti-proteináza III

A2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 22	Negativní	33 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 23	Negativní	34 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	6,0 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 3	Negativní	4,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 7	Negativní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %		
B2	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 22	Negativní	33 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>> 23	Negativní	34 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	6,0 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 3	Negativní	4,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 7	Negativní	10 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B2	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Sada vzorků 3

(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60

A3	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(32) Human	>>> 2	Pozitivní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 38	Pozitivní	52 %
	(98) Fujirebio	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(101) Hycor	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 8	Pozitivní	11 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(191) D-tek	>>> 4	Pozitivní	5,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 38	Negativní	52 %
	(98) Fujirebio	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 8	Negativní	11 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 3	Negativní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(191) D-tek	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(581) Anti-ENA/SS-B/La

A3	(14) Bio-Rad	± 1	Pozitivní	1,4 %
	(32) Human	± 1	Negativní	1,4 %
		± 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(87) Euroimmun	± 16	Negativní	22 %
		± 8	Neprůkazný výsledek (hraniční)	11 %
		± 15	Pozitivní	21 %
	(98) Fujirebio	± 1	Pozitivní	1,4 %
	(101) Hycor	± 1	Pozitivní	1,4 %
	(135) OrgenTec	± 2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,7 %
		± 5	Pozitivní	6,8 %
	(139) BL Diagnostics	± 1	Negativní	1,4 %
		± 2	Pozitivní	2,7 %
	(140) Test-Line	± 4	Pozitivní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,7 %
		± 1	Pozitivní	1,4 %
	(166) Thermo Fisher	± 5	Pozitivní	6,8 %
	(191) D-tek	± 3	Negativní	4,1 %
		± 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %
	(999) jiný výrobce	± 3	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B3	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 39	Negativní	53 %
	(98) Fujirebio	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 7	Negativní	9,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 3	Negativní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(191) D-tek	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		

(582) Anti-ENA/Sci-70

A3	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
----	--------------	-------	-----------	-------

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
A3	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	39 Negativní	53 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>>	4 Negativní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5 Negativní	6,8 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,5 %
(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	4,1 %	
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	39 Negativní	53 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>>	4 Negativní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5 Negativní	6,8 %
(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,5 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	4,1 %	
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(583) Anti-ENA/RNP

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	39 Negativní	53 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>>	4 Negativní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5 Negativní	6,8 %
(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,5 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	4,1 %	
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	39 Negativní	53 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	9,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>>	4 Negativní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	5 Negativní	6,8 %
(191) D-tek	>>>	4 Negativní	5,5 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	4,1 %	
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(584) Anti-ENA/Jo-1

A3	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	1,4 %	
	(32) Human	>>>	2 Pozitivní	2,7 %	
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	2,7 %	
			>>>	37 Pozitivní	51 %
	(98) Fujirebio	>>>	1 Pozitivní	1,4 %	
	(101) Hycor	>>>	1 Pozitivní	1,4 %	
	(135) OrgenTec	>>>	7 Pozitivní	9,6 %	
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	4,1 %	
	(140) Test-Line	>>>	4 Pozitivní	5,5 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Pozitivní	4,1 %	
	(166) Thermo Fisher	>>>	5 Pozitivní	6,8 %	
	(191) D-tek	>>>	4 Pozitivní	5,5 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	4,1 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 97 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 39	Negativní	53 %
	(98) Fujirebio	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 7	Negativní	9,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 3	Negativní	4,1 %
	(140) Test-Line	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,1 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(191) D-tek	>>> 4	Negativní	5,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(585) Protilátky proti centromerám

A3	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 39	Negativní	62 %
	(98) Fujirebio	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(135) OrgenTec	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(140) Test-Line	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	6,3 %
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
B3	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(32) Human	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 39	Negativní	62 %
	(98) Fujirebio	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(135) OrgenTec	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(140) Test-Line	>>> 3	Negativní	4,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	6,3 %
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Sada vzorků 4**(588) Anti-ds-DNA imunofluores. - průkaz**

A4	(87) Euroimmun	>>> 27	Negativní	50 %
	(115) BioSystems	>>> 4	Negativní	7,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 20	Negativní	37 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
B4	(87) Euroimmun	>>> 27	Pozitivní	50 %
	(115) BioSystems	>>> 4	Pozitivní	7,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 20	Pozitivní	37 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.

A4	(87) Euroimmun	± 23	titr 0 (neměřitelný)	45 %
		± 2	titr 10	3,9 %
		± 1	titr 320	2,0 %
	(115) BioSystems	± 3	titr 0 (neměřitelný)	5,9 %
		± 2	titr 10	3,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
		± 1	titr 10	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	18 %
		± 9	titr 10	18 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	(87) Euroimmun	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,0 %
		± 1	titr 2560	2,0 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B4	(87) Euroimmun	± 1	titr 40	2,0 %
		± 1	titr 80	2,0 %
		± 2	titr 160	3,9 %
		± 10	titr 320	20 %
		± 7	titr 640	14 %
	(115) BioSystems	± 3	titr 1280	5,9 %
		± 3	titr 160	5,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	titr 640	3,9 %
		± 1	titr 160	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 640	2,0 %
		± 1	titr 2560	2,0 %
		± 1	titr 80	2,0 %
		± 4	titr 160	7,8 %
		± 6	titr 320	12 %
			± 4	titr 640
		± 2	titr 1280	3,9 %
----- Celkem za vzorek: n = 51 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit -----				

(589) Anti-ds-DNA jiné metody

A4	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>> 23	Negativní	43 %
	(101) Hycor	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Negativní	19 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Negativní	9,4 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 3	Negativní	5,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Negativní	3,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Negativní	7,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 53 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B4	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(32) Human	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>> 23	Pozitivní	43 %
	(101) Hycor	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Pozitivní	19 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	9,4 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 3	Pozitivní	5,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Pozitivní	7,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 53 ----- Úspěšnost: 100 % -----				

Celková úspěšnost: 100 %

Sada vzorků 5**(591) Anti-nukleosomy IgG**

A5	(87) Euroimmun	>>> 29	Pozitivní	58 %	
	(135) OrgenTec	>>> 13	Pozitivní	26 %	
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	4,0 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika		1	Negativní	2,0 %
			2	Pozitivní	4,0 %
(191) D-tek	>>> 3	Pozitivní	6,0 %		
----- Celkem za vzorek: n = 50 ----- Úspěšnost: 98 % -----					
B5	(87) Euroimmun	>>> 29	Negativní	58 %	
	(135) OrgenTec	>>> 13	Negativní	26 %	
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Negativní	4,0 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika		2	Negativní	4,0 %
			1	Pozitivní	2,0 %
(191) D-tek	>>> 3	Negativní	6,0 %		
----- Celkem za vzorek: n = 50 ----- Úspěšnost: 98 % -----					

Celková úspěšnost: 98 %