

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada vzorků 1

## (575) Anti-tyreoglobulin

A1	(1) Abbott	>>>	53	Pozitivní	29 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	22	Pozitivní	12 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	(25) TOSOH	>>>	3	Pozitivní	1,7 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	18	Pozitivní	9,9 %
	(36) Immunotech	>>>	3	Pozitivní	1,7 %
	(60) Roche	>>>	54	Pozitivní	30 %
	(87) Euroimmun		1	Negativní	0,55 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	21	Pozitivní	12 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 99 %			

B1	(1) Abbott	±	11	Negativní	6,1 %
		±	15	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,3 %
		±	27	Pozitivní	15 %
	(12) Beckman Coulter	±	6	Negativní	3,3 %
		±	5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,8 %
		±	11	Pozitivní	6,1 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(25) TOSOH	>>>	3	Negativní	1,7 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	18	Negativní	9,9 %
	(36) Immunotech	>>>	3	Negativní	1,7 %
	(60) Roche	>>>	53	Negativní	29 %
			1	Pozitivní	0,55 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	20	Negativní	11 %
			1	Pozitivní	0,55 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 98 %			

Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 97 %

## (576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	(1) Abbott	>>>	53	Pozitivní	28 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	26	Pozitivní	14 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(25) TOSOH	>>>	4	Pozitivní	2,1 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	19	Pozitivní	10 %
	(36) Immunotech	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche		1	Negativní	0,53 %
		>>>	54	Pozitivní	29 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(179) Siemens (Bayer)		1	Negativní	0,53 %
		>>>	21	Pozitivní	11 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Pozitivní	0,53 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 187		Úspěšnost: 99 %			

B1	(1) Abbott	±	9	Negativní	4,8 %
		±	21	Neprůkazný výsledek (hraniční)	11 %
		±	23	Pozitivní	12 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	26	Negativní	14 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Negativní	0,53 %
	(25) TOSOH	>>>	4	Negativní	2,1 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	19	Negativní	10 %
	(36) Immunotech	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	53	Negativní	28 %
			2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,1 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Negativní	0,53 %
	(135) OrgenTec	>>>	1	Negativní	0,53 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	22	Negativní	12 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
B1	(998) vlastní výroba	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,53 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	1,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 187 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 98 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 96 %				

## Sada vzorků 2

## (590) Anti-TSH receptor

A2	(24) B.R.A.H.M.S.	>>> 6	Pozitivní	6,2 %
	(29) Siemens (DPC)	>>> 9	Pozitivní	9,3 %
	(36) Immunotech	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(60) Roche	>>> 76	Pozitivní	78 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	1	Negativní	1,0 %
	(149) Siemens (Dade)	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 97 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B2	(24) B.R.A.H.M.S.	>>> 6	Pozitivní	6,2 %
	(29) Siemens (DPC)	1	Negativní	1,0 %
		>>> 8	Pozitivní	8,2 %
	(36) Immunotech	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(60) Roche	>>> 76	Pozitivní	78 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(149) Siemens (Dade)	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 97 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 98 %				