

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky		1 Negativní	5,0 %
		>>> 19	Pozitivní	95 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 95 %		
B1	(1) Abbott	± 2	Negativní	10 %
		± 2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	10 %
		± 2	Pozitivní	10 %
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		>>> 12	Negativní	60 %
	(12) Beckman Coulter	± 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,0 %
		± 1	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 92 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
B1	(1) Abbott	± 3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	15 %
		± 2	Pozitivní	10 %
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		>>> 13	Negativní	65 %
		2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	10 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 87 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 87 %				

Sada vzorků 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	>>> 10	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 10	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 10		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				