

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT1/19 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 06.05.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada vzorků 2

(590) Anti-TSH receptor [U/L] 97 97 90 93%

Vzorky a skupiny

Vzorek A2	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	CVP	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(24) B.R.A.H.M.S.	4,49	0,53	12	97	0		4,49	0,13	33%	3	5,98	97	93	96%
(29) Siemens (DPC)	5,08	1,3	26	6	0							6		
(60) Roche	4,16	0,19	4,6	9	0							9		
Ostatní	4,55	0,48	11	76	0							76		
				6	0							6		

						2x 36, 1x 87, 1x 146, 1x 149, 1x 999								
Vzorek B2	4,49	0,57	13	97	0	CVP	4,49	0,14	33%	3	5,98	97	92	95%
(24) B.R.A.H.M.S.	4,80	0,44	9,3	6	0							6		
(29) Siemens (DPC)	4,01	0,27	6,7	9	0							9		
(60) Roche	4,56	0,52	11	76	0							76		
Ostatní				6	0							6		

2x 36, 1x 87, 1x 146, 1x 149, 1x 999

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.05.2019