

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT1/19 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 06.05.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada vzorků 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/L]													
Vzorky a skupiny					10							10	9	90%
Vzorek A2		4,64	0,68	15	10	CVP	4,49	0,13	33%	3	5,98	10	10	100%
(60) Roche		4,44	0,37	8,3	7	0						7		
Ostatní					3	0						3		
							2x 24, 1x 29							
Vzorek B2		4,52	0,68	15	10	CVP	4,49	0,14	33%	3	5,98	10	9	90%
(60) Roche		4,45	0,51	12	7	0						7		
Ostatní					3	0						3		
							2x 24, 1x 29							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 14.05.2019