

## Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CC1/19 - Cystatin C

Stop termín: 12.04.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	$U_{AV}$	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(106) Cystatin C</b>					12							12	11	92%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
<b>Vzorek A</b>		1,89	0,20	11	12	CVP	1,88	0,037	18%	1,54	2,22	12	11	92%
Ostatní					12	0						12		
							2x 46,2x 75,2x 91,2x 149,2x 179,2x 999							
<b>Vzorek B</b>		2,29	0,18	8,0	12	CVP	2,24	0,046	18%	1,83	2,65	12	12	100%
Ostatní					12	0						12		
							2x 46,2x 75,2x 91,2x 149,2x 179,2x 999							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 16.04.2019