Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagencie)

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CC2/19 - Cystatin C

Stop termín: 11.10.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel}
(106) Cystatin C	[mg/L]				12								12	12	100%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		2,42	0,22	8,9	12		CVP	2,32	0,065	18%	1,9	2,74	12	12	100%
Ostatní					12	0	2x 46, 2x 75, 2x 91, 2x 149, 2x 179, 2x 999						12		
Vzorek B		2,49	0,24	9,8	12		CVP	2,41	0,067	18%	1,97	2,85	12	12	100%
Ostatní					12	0	2x 46, 2x 75, 2x 91, 2x 149, 2x 179, 2x 999						12		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytištěno: 16.10.2019