

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP1/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 22.02.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					304							304	295	97%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		17,3	1,3	7,6	304	CVP	17,3	0,19	24%	13,1	21,5	304	296	97%
(2) Imunoturbidimetrie		17,4	1,4	8,0	277	0						277		
(3) Imunonefelometrie		16,6	0,54	3,3	25	0						25		
Ostatní					2	0						2		
Vzorek B		28,8	1,9	6,5	304	CVP	28,8	0,26	24%	21,8	35,8	304	301	99%
(2) Imunoturbidimetrie		29,0	1,8	6,2	277	0						277		
(3) Imunonefelometrie		26,7	0,92	3,5	25	0						25		
Ostatní					2	0						2		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 27.02.2019