

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP1/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 22.02.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					53							53	51	96%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		17,2	1,2	7,0	53	CVP	17,3	0,19	24%	13,1	21,5	53	51	96%
(2) Imunoturbidimetrie		17,3	1,3	7,5	49	0						49		
Ostatní					4	0						4		
						4x3								
Vzorek B		28,7	1,9	6,6	53	CVP	28,8	0,26	24%	21,8	35,8	53	52	98%
(2) Imunoturbidimetrie		28,9	2,0	7,0	49	0						49		
Ostatní					4	0						4		
						4x3								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 27.02.2019