

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP1/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 22.02.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				304							304	295	97%	
Vzorky a skupiny															
Vzorek A		17,3	1,3	7,6	304		CVP	17,3	0,19	24%	13,1	21,5	304	296	97%
(1) Abbott		18,0	0,65	3,6	33	0							33		
(12) Beckman Coulter		16,9	0,77	4,5	17	0							17		
(46) Erba Lachema		21,2	1,9	8,8	5	0							5		
(49) BioVendor		20,2	3,2	16	11	0							11		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		16,9	0,58	3,4	65	0							65		
(60) Roche		16,8	1,2	7,0	99	0							99		
(149) Siemens (Dade)		17,0	1,0	6,0	23	0							23		
(177) MINDRAY		15,5	0,67	4,3	6	0							6		
(179) Siemens (Bayer)		19,8	0,39	2,0	19	0							19		
Ostatní					26	0							26		
2x 5, 1x 36, 1x 57, 2x 61, 2x 70, 1x 91, 3x 116, 2x 121, 2x 152, 2x 158, 2x 166, 4x 178, 1x 200, 1x 999															
Vzorek B		28,8	1,9	6,5	304		CVP	28,8	0,26	24%	21,8	35,8	304	301	99%
(1) Abbott		30,2	0,51	1,7	33	0							33		
(12) Beckman Coulter		27,9	1,5	5,3	17	0							17		
(46) Erba Lachema		33,5	1,3	3,8	5	0							5		
(49) BioVendor		31,1	2,7	8,7	11	0							11		
(58) Beckman Coulter (Olympus)		27,6	0,88	3,2	65	0							65		
(60) Roche		28,8	1,5	5,3	99	0							99		
(149) Siemens (Dade)		27,0	1,4	5,1	23	0							23		
(177) MINDRAY		28,3	1,3	4,4	6	0							6		
(179) Siemens (Bayer)		31,0	0,60	1,9	19	0							19		
Ostatní					26	0							26		
2x 5, 1x 36, 1x 57, 2x 61, 2x 70, 1x 91, 3x 116, 2x 121, 2x 152, 2x 158, 2x 166, 4x 178, 1x 200, 1x 999															

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 27.02.2019