

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: CRP2/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 31.05.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(100) C-reaktivní protein</b>					144							144	141	98%	
Vzorky a skupiny	[mg/L]														
<b>Vzorek A</b>		9,27	0,81	8,8	144		CVP	9,27	0,17	24%	7,04	11,5	144	141	98%
(2) Imunoturbidimetrie		9,29	0,82	8,8	137	0							137		
Ostatní					7	0							7		
							4x 3, 3x 99								
<b>Vzorek B</b>		20,6	1,6	7,7	144		CVP	20,6	0,32	24%	15,6	25,6	144	142	99%
(2) Imunoturbidimetrie		20,7	1,6	7,6	137	0							137		
Ostatní					7	0							7		
							4x 3, 3x 99								

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 04.06.2019