

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 30.08.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					270							270	265	98%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		39,7	3,2	8,0	270	CVP	39,7	0,47	24%	30,1	49,3	270	266	99%
(2) Imunoturbidimetrie		39,9	3,1	7,8	244	0						244		
(3) Imunonefelometrie		38,3	3,2	8,4	25	0						25		
Ostatní					1	1						1		
						1x 99								
Vzorek B		63,3	6,1	9,6	270	CVP	63,3	0,90	24%	48,1	78,5	270	268	99%
(2) Imunoturbidimetrie		63,3	5,9	9,4	244	0						244		
(3) Imunonefelometrie		63,6	7,8	12	25	0						25		
Ostatní					1	0						1		
						1x 99								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 07.09.2019