

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 30.08.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					47							47	44	94%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		40,2	3,1	7,7	47	CVP	39,7	0,47	24%	30,1	49,3	47	45	96%
(2) Imunoturbidimetrie		40,2	3,0	7,5	43	0						43		
Ostatní					4	0						4		
						4x3								
Vzorek B		64,2	5,9	9,2	47	CVP	63,3	0,90	24%	48,1	78,5	47	45	96%
(2) Imunoturbidimetrie		64,8	5,7	8,8	43	0						43		
Ostatní					4	0						4		
						4x3								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 07.09.2019