

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP3/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 30.08.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					270							270	265	98%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		39,7	3,2	8,0	270	CVP	39,7	0,47	24%	30,1	49,3	270	266	99%
(1) Abbott		41,6	0,89	2,1	37	0								37
(12) Beckman Coulter		40,3	2,8	7,0	15	0								15
(46) Erba Lachema		41,0	2,7	6,5	5	0								5
(49) BioVendor		39,6	3,9	9,9	8	0								8
(58) Beckman Coulter (AU)		41,7	1,6	3,9	59	0								59
(60) Roche		37,0	1,9	5,1	81	0								81
(149) Siemens (BN, Dimension)		38,1	2,8	7,4	22	0								22
(177) MINDRAY		36,6	1,2	3,2	5	0								5
(179) Siemens		41,9	1,0	2,5	17	0								17
Ostatní					21	1								21
							1x 5, 1x 36, 1x 57, 2x 61, 3x 70, 1x 91, 2x 116, 2x 121, 2x 152, 2x 158, 4x 178							
Vzorek B		63,3	6,1	9,6	270	CVP	63,3	0,90	24%	48,1	78,5	270	268	99%
(1) Abbott		65,2	2,3	3,5	37	0								37
(12) Beckman Coulter		68,9	5,7	8,2	15	0								15
(46) Erba Lachema		62,1	2,1	3,5	5	0								5
(49) BioVendor		64,1	4,5	7,1	8	0								8
(58) Beckman Coulter (AU)		69,0	2,8	4,0	59	0								59
(60) Roche		57,7	3,9	6,8	81	0								81
(149) Siemens (BN, Dimension)		60,6	3,4	5,6	22	0								22
(177) MINDRAY		58,2	1,7	2,9	5	0								5
(179) Siemens		64,2	2,0	3,1	17	0								17
Ostatní					21	0								21
							1x 5, 1x 36, 1x 57, 2x 61, 3x 70, 1x 91, 2x 116, 2x 121, 2x 152, 2x 158, 4x 178							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 07.09.2019