

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 06.12.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					162							162	159	98%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		30,6	1,7	5,6	162	CVP	30,6	0,33	24%	23,2	38	162	160	99%
(2) Imunoturbidimetrie		30,6	1,7	5,5	155							155		
Ostatní					7							7		
						4x 3, 3x 99								
Vzorek B		78,2	4,8	6,2	162	CVP	78,2	0,93	24%	59,4	97	162	160	99%
(2) Imunoturbidimetrie		78,2	5,0	6,4	155							155		
Ostatní					7							7		
						4x 3, 3x 99								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 13.12.2019