

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/19 - Stanovení CRP

Stop termín: 06.12.2019

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(100) C-reaktivní protein					31							31	29	94%
Vzorky a skupiny	[mg/L]													
Vzorek A		30,2	2,1	7,1	31	CVP	30,6	0,33	24%	23,2	38	31	30	97%
(2) Imunoturbidimetrie		30,3	2,1	6,8	29	0						29		
Ostatní					2	0						2		
						2x3								
Vzorek B		79,0	5,5	7,0	31	CVP	78,2	0,93	24%	59,4	97	31	29	94%
(2) Imunoturbidimetrie		79,0	5,9	7,5	29	0						29		
Ostatní					2	0						2		
						2x3								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 13.12.2019